

L.dz. SSM.DZP.200.123.2020

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę cewników typu Dufour.

I. W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniach: 28.08.2020 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści Cewnik pooperacyjny typu Dufour, trójdrożny, wykonany z silikonu, z końcówką wygiętą ku górze, zakończoną oble, otwór drenujący w formie wyłobienia, będący w jednej płaszczyźnie z wygiętą częścią cewnika, z balonem, z linią RTG na całej długości. Z oznaczeniem rozmiaru cewnika, wielkości balonu oraz rozmiar cewnika bezpośrednio na wejściu cewnika. Pakowane w opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia — jedno poziomo wzdłuż całego opakowania i dwa pionowo przy obu końcach opakowania. Rozmiary: 18CH, 20CH, 22CH, 24CH, pojemność balonu 40-70ml, w zależności od rozmiaru; długość całkowita 40cm. Rozmiar cewnika do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 2

RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik pooperacyjny typu Dufour, trójdrożny, wykonany z silikonu, z końcówką wygiętą ku górze, zakończoną oble, otwór drenujący w formie wyłobienia, będący w jednej płaszczyźnie z wygiętą częścią cewnika, z balonem, z linią RTG na całej długości. Z oznaczeniem rozmiaru cewnika, wielkości balonu oraz materiału cewnika bezpośrednio na wejściu cewnika. Pakowane w opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE. Rozmiary: 18CH, 20CH, 22CH, 24CH, pojemność balonu 50-80ml, długość całkowita 42cm. Rozmiar cewnika do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 3

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego **o wartości poniżej progów unijnych**.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z siwz.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że:

- 1) w Części 11 – Termin i miejsce składania ofert, w ust. 11.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „16 października 2020 r. do godz. 10:00” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „20 października 2020 r. do godz. 10:00”.
- 2) w Części 15 – Otwarcie ofert, w ust. 15.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „16 października 2020 r. o godz. 10:15” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „20 października 2020 r. o godz. 10:15”.

Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Dnia 15/10/2020 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl