

SSM.DZP.200.127.2020

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę strzykawek jednorazowego użytku.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 7.09.2020 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Pozycja nr 3 – 6 Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały końcówkę Luer, tłok w kontrastującym kolorze, czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową oraz posiadały podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka? Nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Minimalne warunki określono w siwz.

Pytanie nr 2

Pozycja 8 – Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka 50(60) ml posiadała podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, była wyposażona w dodatkowy łącznik redukcyjny Luer, była sterylna, pakowana w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Minimalne warunki określono w siwz.

Pytanie nr 3

Pozycja 9 – Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka 100 ml posiadała podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, była wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, była sterylna, pakowana w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Minimalne warunki określono w siwz.

Pytanie nr 4

Pozycja 10 – Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka 50(60) ml do pomp infuzyjnych posiadała końcówkę Luer-Lock, była transparentna, posiadała podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, była sterylna, pakowana w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Minimalne warunki określono w siwz.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta

Odpowiedź na pytanie nr 5

Dostawca ma dostarczać towar zgodnie z procedurami i wymogami określonymi przez producenta wyrobu.

Pytanie nr 6

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającym i możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Dostawca ma dostarczać towar zgodnie z procedurami i wymogami określonymi przez producenta wyrobu.

Pytanie nr 7

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Dostawca ma dostarczać towar zgodnie z procedurami i wymogami określonymi przez producenta wyrobu.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Minimalne warunki określono w swiz, z których wynika, że dostawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego towaru wraz z jego wniesieniem do Magazynu szpitalnego.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 7.09.2020 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Zadanie 1, pozycja 3, 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem skali o 10%, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja siwz

Pytanie nr 2

Zadanie 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opakowaniach a'50szt. z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz poniżej modyfikacja siwz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 7.09.2020 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Załącznik 1, poz. 3-6

Czy zamawiający dopuści strzykawki bez skali rozszerzonej?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja siwz

Pytanie nr 2

Załącznik 1, poz. 7-10

Prosimy Zamawiającego o możliwość składania oferty na wybrane pozycje z pakietu tj. 7-10.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz poniżej modyfikacja siwz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 8.09.2020 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytanie nr 1

Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja siwz

Pytanie nr 2

Pakiet 1 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowaną po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz poniżej modyfikacja siwz

Pytanie nr 3

Pakiet 1 pozycja 8

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 8 z pakietu, umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Patrz poniżej modyfikacja siwz

Pytanie nr 4

Pakiet 1 pozycja 9

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 9 z pakietu, umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Patrz poniżej modyfikacja siwz

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 8.09.2020 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Pakiet nr 1 poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę w pakowanych po 120 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja siwz

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 8.09.2020 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 3 dopuści wycenę strzykawkę 2 ml skalowanych do 2,5ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja siwz

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że:

1) w części 1 siwz „Opis przedmiotu zamówienia” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa strzykawkę jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dokładny opis i ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1, który stanowi pełni również formularz cenowy. CPV: 33141310-6.

1.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

1.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w załączniku nr 1.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa strzykawkę jednorazowego użytku w rozbiciu na zadania:

zadanie nr 1 – Strzykawkę I,

zadanie nr 2 – Strzykawkę II

dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dokładny opis i ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1, który stanowi pełni również formularz cenowy. CPV: 33141310-6.

1.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w załączniku nr 1 dla danego zadania.”,

2) w części nr 4 siwz „**Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę**”

wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „4.1.1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 3”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o następującej treści: „,4.1.1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 3 – na każde zadanie osobno”,

3) w części 12 siwz „Opakowanie i oznakowanie ofert” w pkt. 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „Dostawa strzykawk jednorazowego użytku – przetarg, nr sprawy SSM.DZP.200.127.2020”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o następującej treści: „Dostawa strzykawk jednorazowego użytku, zadanie nr – przetarg, nr sprawy SSM.DZP.200.127.2020”,

4) w załączniku nr 1 do siwz wykreśla się dotychczasową tabelę o następującej treści: „

L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Podać: producent/ wszystkie nr katalogowe	Podać najmniejsze opakowanie zbiorcze
1.	Strzykawka 1ml do insuliny z igła wymienną skała 40 gotowa do użycia A'100 szt.	Opak.	33						
2.	Strzykawka 1ml do insuliny z igła wymienną skała 100 gotowa do użycia A'100 szt.	Opak.	33						
3.	Strzykawka 2-3ml A'100 szt.	Opak.	1000						
4.	Strzykawka 5-6ml A'100 szt.	Opak.	1800						
5.	Strzykawka 10-12ml A'100 szt.	Opak.	3240						
6.	Strzykawka 20-24ml A'100 szt.	Opak.	3514						
7.	Strzykawka 3-częściowa 50 (60)ml, końcówka Luer do iniekcji, centryczna	Szt.	2000						
8.	Strzykawka z końcówką do cewników 50 (60) ml Janetta	Szt.	7400						
9.	Strzykawka z końcówką do cewników 100ml Janetta	Szt.	6200						
10.	Strzykawka 3-częściowa 50 (60) ml Luer-Lock do pomp infuzyjnych (do pomp infuzyjnych funkcjonujących w szpitalu)	Szt.	18 000						
	Ogółem:								

Sprzęt sterylny i biologicznie czysty - w opakowaniu jednostkowym z listkami ułatwiającymi aseptyczne otwieranie, oryginalne opakowanie zbiorcze. Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W przypadku nie przestrzegania powyższego towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza się dwie tabele do zadania nr 1 i nr 2 o następującej treści:

Zadanie nr 1 – Strzykawki I

L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Podać: producent/ wszystkie nr katalogowe	Podać najmniejsze opakowanie zbiorcze
1.	Strzykawka 1ml U-40 do insuliny z igłą wymienną, strzykawka posiada podziałkę skali wycechowaną w	Opak.	33						

	jednostkach insuliny. Gotowa do użycia A'100 szt.*								
2.	Strzykawka 1ml U-100 do insuliny z igłą wymienną, strzykawka posiada podziałkę skali wycechowaną w jednostkach insuliny. Gotowa do użycia A'100 szt.*	Opak.	33						
3.	Strzykawka 2 ml lub Strzykawka 2ml ze skalą rozszerzoną max. do 3ml A'100 szt.*	Opak.	1000						
4.	Strzykawka 5 ml lub Strzykawka 5ml ze skalą rozszerzoną max. do 6ml A'100 szt.*	Opak.	1800						
5.	Strzykawka 10 ml lub Strzykawka 10ml ze skalą rozszerzoną max. do 12ml A'100 szt.*	Opak.	3240						
6.	Strzykawka 20 ml lub Strzykawka 20ml ze skalą rozszerzoną max. do 24ml A'100 szt.*	Opak.	3514						
7.	Strzykawka 3-częściowa 50 (60)ml, końcówka Luer do iniekcji, centryczna	Szt.	2000						
8.	Strzykawka 3-częściowa 50 (60) ml Luer-Lock do pomp infuzyjnych (do pomp infuzyjnych funkcjonujących w szpitalu)	Szt.	18 000						
	Ogółem:								

* dopuszczamy inne opakowanie zbiorcze z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę do pełnych opakowań.

Sprzęt sterylny i biologicznie czysty - w opakowaniu jednostkowym z listkami ułatwiającymi aseptyczne otwieranie, oryginalne opakowanie zbiorcze. Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W przypadku nie przestrzegania powyższego towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Zadanie nr 2 – Strzykawki II

L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Podać: producent/ wszystkie nr katalogowe	Podać najmniejsze opakowanie zbiorcze
1.	Strzykawka z końcówką do cewników 50 (60) ml Janetta	Szt.	7400						
2.	Strzykawka z końcówką do cewników 100ml Janetta	Szt.	6200						
	Ogółem:								

Sprzęt sterylny i biologicznie czysty - w opakowaniu jednostkowym z listkami ułatwiającymi aseptyczne otwieranie, oryginalne opakowanie zbiorcze. Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W

przypadku nie przestrzegania powyższego towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

1) W Części 11 - „Termin i miejsce składania ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „11.1. Oferty należy składać do dnia 17 września 2020 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria szpitala.11.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie., a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„11.1. Oferty należy składać do dnia 22 września 2020 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 009 – kancelaria szpitala.**

11.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie.”

2) W Części 17 - „Otwarcie ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „15.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 września 2020 r. o godzinie 10.15 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 115.”a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„15.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22 września 2020 r. o godzinie 10.15 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 115.”**

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

16.09.2020 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację siwz zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl