

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 214000 euro w zadaniu nr 5 na dostawę implantów neurochirurgicznych dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów neurochirurgicznych w zadaniu nr 5 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Informacja o złożonych ofertach:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1	Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl – zad.:12	2	Comef Sp. z o.o. sp. k. ul. Gdańska 2 40-719 Katowice – zad.:10
3	LFC Sp. z o.o. ul. Kożuchowska 41 65-364 Zielona Góra – zad.:2	4	Turmed Sp. z o.o. ul. Bursztunowa 4/D1 83-021 Rokitnica – zad.:6
5	Abbott Medical Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa – zad.:9	6	Alteris Sp. z o.o. ul. Ceglana 35 40-514 Katowice – zad.:11
7	Paradise Spine Sp. z o.o. ul. Wronia 45/203 00-870 Warszawa – zad.:13	8	Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Hżecka 24 02-135 Warszawa – zad.:1
9	Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-822 Warszawa – zad.:8	10	Globus Medical Poland Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61 04-028 Warszawa – zad.:7
11	NuCare Agnieszka Wołkowska ul. M. Konopnickiej 4/1 87-152 Wybcz – zad.:3	12	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa – zad.:5,9
13	Ars Medicum Sp. z o.o. ul. Dworcowa 7/102 87-100 Toruń – zad.:4		

Streszczenie oceny i porównania ofert: BRAK

Informacja o Wykonawcach wykluczonych / ofertach odrzuconych:

Oferta Firmy Medtronic Poland Sp. z o.o. z / s w Warszawie w zadaniu nr 5 podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w pozycji 6B wymagał produktu wykonanego z tytanu, natomiast Wykonawca zaferował produkt o nr. zaczynającym się 399xxxxINt, który jest napylany tytanem. Ponadto w pozycji 6C Zamawiający wymagał asortymentu napylanego tytanem, natomiast produkt o nr G291xxxx zaferowany przez Wykonawcę jest tytanowy.