

SSM.DZP.200.154.2020

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę strzykawek do leków światłoczułych jednorazowego użytku.

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 05.10.2020 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 10 ml skanowanych co 0,2 ml. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź na pytanie

Patrz poniżej modyfikacja siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że:

1) w załączniku nr 1 do siwz wykreśla się dotychczasową tabelę o następującej treści: „

L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Podać: producent/ wszystkie nr katalogowe	Podać najmniejsze opakowanie zbiorcze
1.	JAŁOWA STRZYKAWKA TRZYCZEŚCIOWA Z KOŃCÓWKĄ LUER-LOCK, POJEMNOŚĆ 10 ML X1SZT., TŁOK I CYLINDER WYKONANE Z POLIPROPYLENU, BEZ ZAWARTOŚCI LATEKSU, PCV, DEHP, KOMPATYBILNE Z LEKAMI CYTOSTATYCZNYMI (PRZEZNACZONE DO BEZPIECZNEGO PODAWANIA I PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKÓW - POTWIERDZONE OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA), CZARNA NIEZMYWALNA SKALA CO 1 ML, TYP STRZYKAWKI NA CYLINDRZE.	SZT.	200						
2.	JAŁOWA STRZYKAWKA TRZYCZEŚCIOWA Z KOŃCÓWKĄ LUER-LOCK, POJEMNOŚĆ 20 ML X1SZT., TŁOK I CYLINDER WYKONANE Z POLIPROPYLENU, BEZ ZAWARTOŚCI LATEKSU, PCV, DEHP, KOMPATYBILNE Z LEKAMI CYTOSTATYCZNYMI (PRZEZNACZONE DO BEZPIECZNEGO PODAWANIA I PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKÓW - POTWIERDZONE OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA), CZARNA NIEZMYWALNA SKALA CO 1	SZT.	240						

	ML , TYP STRZYKAWKI NA CYLINDRZE.								
3.	JAŁOWA STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA Z KOŃCÓWKĄ LUERLOCK, BURSZTYNOWA, DO PODAŻY LEKÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH, POJEMNOŚĆ 50-60 ML, TŁOK I CYLINDER WYKONANE Z POLIPROPYLENU, BEZ ZAWARTOŚCI LATEKSU, PCV, DEHP, KOMPATYBILNE Z LEKAMI CYTOSTATYCZNYMI (PRZEZNACZONE DO BEZPIECZNEGO PODAWANIA I PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKÓW - POTWIERDZONE OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA), CZARNA NIEZMYWALNA SKAŁA CO 0,1ML LUB CO 1 ML , TYP STRZYKAWKI NA CYLINDRZE	SZT.	12800						
	Ogółem:								

Sprzęt sterylny i biologicznie czysty - w opakowaniu jednostkowym z listkami ułatwiającymi aseptyczne otwieranie, oryginalne opakowanie zbiorcze. Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego”, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza się nową tabelę o następującej treści: „

L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Podać: producent / wszystkie nr katalogowe	Podać najmniejsze opakowanie zbiorcze
1.	JAŁOWA STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA Z KOŃCÓWKĄ LUER-LOCK, POJEMNOŚĆ 10 ML X1SZT., TŁOK I CYLINDER WYKONANE Z POLIPROPYLENU, BEZ ZAWARTOŚCI LATEKSU, PCV, DEHP, KOMPATYBILNE Z LEKAMI CYTOSTATYCZNYMI (PRZEZNACZONE DO BEZPIECZNEGO PODAWANIA I PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKÓW - POTWIERDZONE OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA), CZARNA NIEZMYWALNA SKAŁA CO 1 ML LUB CO 0,2 ML , TYP STRZYKAWKI NA CYLINDRZE.	SZT.	200						
2.	JAŁOWA STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA Z KOŃCÓWKĄ LUER-LOCK, POJEMNOŚĆ 20 ML X1SZT., TŁOK I CYLINDER	SZT.	240						

	WYKONANE Z POLIPROPYLENU, BEZ ZAWARTOŚCI LATEKSU, PCV, DEHP, KOMPATYBILNE Z LEKAMI CYTOSTATYCZNYMI (PRZEZNACZONE DO BEZPIECZNEGO PODAWANIA I PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKÓW - POTWIERDZONE OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA), CZARNA NIEZMYWALNA SKALA CO 1 ML , TYP STRZYKAWKI NA CYLINDRZE.								
3.	JAŁOWA STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA Z KOŃCÓWKĄ LUERLOCK, BURSZTYNOWA, DO PODAŻY LEKÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH, POJEMNOŚĆ 50-60 ML, TŁOK I CYLINDER WYKONANE Z POLIPROPYLENU, BEZ ZAWARTOŚCI LATEKSU, PCV, DEHP, KOMPATYBILNE Z LEKAMI CYTOSTATYCZNYMI (PRZEZNACZONE DO BEZPIECZNEGO PODAWANIA I PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKÓW - POTWIERDZONE OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA), CZARNA NIEZMYWALNA SKALA CO 0,1ML LUB CO 1 ML , TYP STRZYKAWKI NA CYLINDRZE	SZT.	12800						
	Ogółem:								

Sprzęt sterylny i biologicznie czysty - w opakowaniu jednostkowym z listkami ułatwiającymi aseptyczne otwieranie, oryginalne opakowanie zbiorcze. Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

12.10.2020 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację siwz zamieszczono na stronie Zamawiającego [www.med.torun.pl](http://www.med.torun.pl)