

Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 214000 Euro na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamicznej
– dotyczy zadań nr: 4,7,12.

Dokonano wyboru ofert w poszczególnych zadaniach następujących Firm w zadaniach nr: 4,7,12:

Oferta nr 17, Zadanie nr 4
Terumo Poland Sp. z o.o.
Ul. 1 Sierpnia 6
02-134 Warszawa

Oferta nr 13, Zadanie nr 12
DRG MedTek Sp. z o.o.
Ul. Wita Stwosza 24
02-661 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą, zgodnie z art. 2 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych.

Zadania unieważnione:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 1x użytku do Pracowni Hemodynamicznej w zadaniu nr 7 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Informacja o złożonych ofertach:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1.	Volcano Europe Bvba/Sprl 41 Excelsiorlaan 1930 Zaventem Belgia – zad.:8	11.	Medtronic Poland Sp. z o.o. Ul. Polna 11 00-633 Warszawa – zad.:5,12,17
2.	Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A. ul. Zwycięzców 28 lok. 29, 03-938 Warszawa – zad.:12	12.	MTES Sp. z o.o. Ul. Rakowicka 10b/4 31-511 Kraków – zad.:17
3.	Boston Scientific Polska Spółka z o.o. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa – zad.:13	13.	DRG MedTek Sp. z o.o. Ul. Wita Stwosza 24 02-661 Warszawa – zad.:10,12,17
4.	Biotronik Polska Sp. z o. o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań – zad.:2	14.	Abbott Medical Sp. z o.o. Ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa – zad.:3
5.	Alteris S.A. Ul. Ceglana 35 40-514 Katowice – zad.:17	15.	Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl – zad.:16,17
6.	Cardinal Health Poland Sp. Z o.o. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa – zad.:7	16.	ProCardia Medical Sp. z o.o. Ul. rtm. W. Pileckiego 63 02-781 Warszawa – zad.:6
7.	Color Trading Sp. z o.o. ul. Żołą 40, 02-815 Warszawa – zad.:11	17.	Terumo Poland Sp. z o.o. Ul. 1 Sierpnia 6 02-134 Warszawa – zad.:4
8.	Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2,	18.	Konsorcjum Firm: Urtica Sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław / PGF S.A.

	53-333 Wrocław – zad.:11,17		Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź – zad.:9
9.	SMT Polonia Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 13A, 80-219 Gdańsk – zad.:14	19.	Getinge Polska Sp. z o.o. Ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa – zad.:15
10.	Teleflex Polska sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa – zad.:9,10,15		

Streszczenie oceny i porównania ofert w kryterium poniżej [pkt.]:

Oferta nr 2 Zadanie nr 12 Cena 69,49 Termin ważności produktu 5 Razem 74,49	Oferta nr 11 Zadanie nr 12 Cena 57,73 Termin ważności produktu 2,5 Razem 60,23	Oferta nr 13 Zadanie nr 12 Cena 95 Termin ważności produktu 5 Razem 100	Oferta nr 17 Zadanie nr 4 Cena 95 Termin ważności produktu 5 Razem 100
--	---	--	---

Informacja o Wykonawcach wykluczonych / ofertach odrzuconych:

Oferta Firmy Cardinal Health Poland Sp. z o.o. z / s w Warszawie w zadaniu nr 7 podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający pomimo wezwania z art. 26 ust. 2 z dnia 8.02.2021 i wezwania z art. 26 ust.3 Pzp:

- w poz.1 że Wykonawca nie potwierdził, że zaoferował asortyment dla zaoferowanej średnicy 5F o numerze katalogowym 534-xxx (część przesłanego katalogu dotyczy numeru 534-xxxx)
- w poz.2 Wykonawca w zaoferowanych numerach katalogowych 672-xxx-xx i 558-xxx-xx nie potwierdził informacji o dostępności cewników o dł. 110cm oraz o krzywiznach KIMNY Technique
- w poz.3 do Wykonawca dla zaoferowanych numerów katalogowych 670-xxxx nr katalogowy odpowiada średnicy 6F, 778-xxx-xx nr katalogowy odpowiada średnicy 7F, 588-xxxx nr katalogowy odpowiada średnicy 8F nie potwierdził, że zaoferowany asortyment posiada krzywizny MP, Extra support, kształty EGB, kształty dla doskonałego podparcia: Extra Support XB, dla gF zarówno RCA i LCA, dla 7F tylko LCA
- w poz.4 Wykonawca nie potwierdził w przedłożonych dokumentach, że został zaoferowany asortyment o parametrach tj.: Profil (distal tip) dla 1.0x6mm – 0.0157” oraz, że zaoferowano średnice 1,2; 3,25; 3,5; 3,75, 4.0mm i długość 12, 30mm.
- w poz.5 Wykonawca nie potwierdził, że został zaoferowany produkt o długości 13,30 oraz, że zaoferowano produkty o wymiarach shaftu (dla średnicy- 1,5-2 o dł 10 mm): dystalna 2.5/0.84, guidewire port 2.6/0.88, proxymalna 2.1/0.7