

SSM.DZP.200.205.2020

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do elektrofizjologii.

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 1.12.2020 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod o następujących parametrach:

- elektrody 4 polowe sterowalne
- dostępne 5 F, 6 F, 7 F
- długość 110 cm
- 3 krzywizny końcówki
- jeden mechanizm sterowania pokrętła suwakowy
- końcówka zakończona biegunem metalowym
- pierścienie platynowo – irydowe płaskie
- szerokość biegunów 1- 2 mm
- różne odległości biegunów do wyboru: 2 mm, 5 mm, oraz 2–5–2 do 2–8–2 mm

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że:

1) w części 18 siwz „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert” w pkt 5 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „Zgodnie z warunkami siwz Zamawiający określił termin dostawy na maksymalnie 2 dni robocze od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Wykonawca może zatem zaoferować termin krótszy niż 3 dni robocze od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o następującej treści: „Zgodnie z warunkami siwz Zamawiający określił termin dostawy na maksymalnie 2 dni robocze od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Wykonawca może zatem zaoferować termin krótszy niż 2 dni robocze od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.