

L.dz. SSM.DZP.200.262.2020

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fartuchów chirurgicznych - barierowych.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawców w dniach: 30.12.2020 r., 4.01.2021 r., , 07.01.2021 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Dotyczy zapisów SIWZ (3.8 ppkt c):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną i solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania

Pytania dotyczące istotnych warunków umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści projektu w § 7 umowy na:

„§ 7

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1) za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,02% wartości brutto niedostarczonych

w terminie towarów za każdy dzień zwłoki,

2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Odpowiedź na pytania

Zgodnie z siwz.

Pytanie

ZADANIE 1, POZ. 1

Czy Zamawiający wydzielili poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z siwz.

Pytanie

ZADANIE 1, POZ. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha niesterylnego SMS 35 gr/m, ze ściągaczami o długości 6 cm, bez rzepów przy szyi, wiązane na troki w pasie i przy szyi?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z siwz.

Pytanie

ZADANIE 1, POZ. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha niesterylne SMS 35 gr/m, w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z siwz.

Pytanie

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści • Fartuch chirurgiczny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii.

- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
- Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapięcie na rzep
- Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem
- Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
- Zgodność z normą EN-13795 1-3

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z siwz.

Pytanie

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści

• Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach

- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
- Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep
- Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem
- Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
- Zgodność z normą EN-13795 1-3

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z siwz.

Pytanie

Pakiet 1 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści Rozmiary - M (długość całkowita 115 cm, szerokość na wysokości pach 63 cm, szerokość na dole w rozłożeniu 145 cm), L (długość całkowita 127 cm, szerokość na wysokości pach 65 cm, szerokość na dole w rozłożeniu 150 cm), XL (długość całkowita 135 cm, szerokość na wysokości pach 68 cm, szerokość na dole w rozłożeniu 150 cm).

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z siwz.

Pytanie

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści • Fartuch chirurgiczny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii.

- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
- Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapięcie na rzep
- Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem

- Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
- Zgodność z normą EN-13795 1-3

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z siwz.

Pytanie

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści • Fartuch chirurgiczny , wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach

- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
- Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep
- Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem
- Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
- Zgodność z normą EN-13795 1-3

Odpowiedź na pytanie


Zgodnie z siwz.

Pytanie

Pakiet 2poz. 1

Czy Zamawiający dopuści • Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii.

- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
- Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapięcie na rzep
- Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem
- Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
- Zgodność z normą EN-13795 1-3



Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z siwz.

Pytanie


Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści • Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach

- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z

przodu jak i z tyłu operatora

- Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep
- Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem
- Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
- Zgodność z normą EN-13795 1-3



Odpowiedź na pytanie
Zgodnie z siwz.

Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.