

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (wariant 1)
na dostawę systemu do odsysania wydzielin
dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust.2, ponieważ wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.

Informacja o złożonych ofertach:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1	Beryl Med. Poland Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 36 bud.14C 02-220 Warszawa

Punktacja ofert: Brak

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Oferta Firmy Beryl Med. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający w poz.5 wymagał drenu z łącznikiem żeńskim i męskim z kapturkiem, natomiast Wykonawca zaoferował dren 0201-20006SC posiadający łącznik żeński i męski do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturkiem. Poza tym Zamawiający w SWZ w rozdziale IX ust. 7 Przedmiotowe środki dowodowe w pkt.3 wymagał, aby nadrukowany fabrycznie na opakowaniu numer katalogowy, był zgodny z numerem katalogowy zaoferowanym w formularzu cenowym, czego nie potwierdzają złożone próbki oraz dokumenty przedmiotowe załączone do oferty. Numery katalogowe próbek przedłożonych Zamawiającemu przez Wykonawcę do poz. 2a i 2b posiadają odpowiednio numery katalogowe 5116 i 51187, natomiast Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował asortyment o numerach katalogowych 57567-0 i 57587-0.

Dnia 16.09.2021 r. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania www.med.torun.pl