

L.dz. SSM.DZP.200.104.2021

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym (wariant I) na dostawę taśmek do TVT.

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 13.09.2021 r., pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Zadanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do przeprowadzenia metodą inside-out z dostępu załonowego.

Parametry:

1. System całkowicie jednorazowy, sterylny
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma „Tension Free”:
  - Długość – 319 mm
  - Szerokość – 13 mm
  - Grubość – 0,5 mm
  - Gramatura – 90 g/m<sup>2</sup>
  - Klasyfikacja AMIDA – TYP 1
3. Taśma o brzegach ciętych laserowo oraz dodatkowo w powłoce ochronnej PTFE połączona z plastikowymi osłonkami na prowadnicę koloru zielonego, które kontrastują podczas cystoskopii
4. Jednorazowa prowadnica o średnicy 3,6 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, charakteryzująca się ergonomicznym projektem plastikowego uchwytu ze wskaźnikiem położenia i profilowana do przejścia załonowego
5. Atraumatyczny koniec prowadnicy w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń otaczających tkanek i naczyń krwionośnych podczas implantacji taśmy
6. Taśma zawiera płytkę do właściwego jej pozycjonowania, z możliwością jej usunięcia

Implantacja z dostępu załonowego metodą inside-out.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pozostałe warunki zgodne z SWZ.