

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 214000 euro na dostawę jałowych rękawic chirurgicznych dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

Dokonano wyboru następującego Wykonawcy:

Oferta nr 4  
Abook Sp. z o.o.  
Ul. Brzostowska 22  
04-985 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Informacja o złożonych ofertach:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1	Mercator Medical S.A. Ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków	3	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. Ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice
2	Skamex Sp. z o.o. sp. j. Ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	4	Abook Sp. z o.o. Ul. Brzostowska 22 04-985 Warszawa

Punktacja ofert:

Oferta nr 4  
Cena 95  
Termin dostawy 5  
Razem 100

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Oferta Firmy Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ wymagał, aby numer katalogowy na próbce potwierdzał zaoferowany asortyment w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca w formularzu cenowym zaoferował asortyment o numerze katalogowym RC10013075, natomiast przedłożył Zamawiającemu próbkę o numerze: INTW1075.

Oferta Firmy Skamex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wykaz niezgodności oferty Wykonawcy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ:

1) Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ wymagał, rękawic chirurgicznych jałowych, naturalny lateksowy, natomiast wykonawca zaoferował rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z powłoką nitylową, rękawice wykonane z: latex 50% plus nityl 50%.

2) Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ wymagał, rękawice chirurgiczne jałowe obustronnie polimeryzowane w

technologii wielowarstwowej lub jednostronnie polimeryzowane (wewnętrznie), natomiast Wykonawca zaoferował rękawice z wewnętrzną warstwą polimerową - nitylem dodatkowo pokryte warstwą silikonu, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC

3) Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ wymagał, aby powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana biała naturalny lateks – próbka nie potwierdza wymaganej przez Zamawiającego tekstury.

4) Zamawiający wymagał długość rękawicy min. 289 mm, natomiast przesłana przez Wykonawcę przesłana próbka w rozm. 6,5 ma dł. ok. 280mm

5) Zamawiający wymagał AQL 0,65 po zapakowaniu z informacją na opakowaniu, natomiast opakowanie przedłożonej próbki nie zawiera takiej informacji.

6) Zamawiający wymagał poziomu protein <10µg/g, natomiast opakowanie przedłożonej próbki zawiera informację: „Rękawice lateksowe zawierają białko rozpuszczalne w wodzie o łącznej zawartości nie przekraczającej 50µg/g”, natomiast w katalogu załączonym do oferty przez Wykonawcę jest zawarta informacja o poziomie protein <10µg/g.

7) Zamawiający wymagał, aby zaoferowany asortyment miał termin ważności min. 3 lata, natomiast przedłożona próbka ma termin ważności krótszy niż 3 lata (data prod. 2021-05-21 data ważności 2024-04-30).

Oferta Firmy Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający zgodnie z rozporządzeniem 2016/425 wymagał, aby opakowanie oferowanego asortymentu zawierało nazwę, adresu i numeru jednostki notyfikowanej oraz adresu strony internetowej, na której można uzyskać deklarację zgodności (zgodnie z zał. nr II pkt. 1.4 pkt. j, k), czego nie zawiera złożona przez Wykonawcę próbka.