

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (wariant 1)
na dostawę systemu do odsysania wydzielin
dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust.2, ponieważ wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.

Informacja o złożonych ofertach:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1	Beryl Med. Poland Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 36 bud.14C 02-220 Warszawa

Punktacja ofert: Brak

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Oferta Firmy Beryl Med. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał, aby próbki potwierdzały również nadrukowany fabrycznie na opakowaniu numer katalogowy zaoferowany w formularzu cenowym, natomiast przedłożone przez Wykonawcę próbki w poz. 2A i 2B oraz 3 nie potwierdzają nadrukowanego fabrycznie na opakowaniu numeru katalogowego zaoferowanego asortymentu w formularzu cenowym.

Dnia 28.12.2021 r. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania www.med.torun.pl i www.miniportal.uzp.gov.pl