

Toruń, dnia 10.01.2022 r.

SSM.DZP.200.161.2021

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego, urologicznego sprzętu jednorazowego użytku.

Na podstawie art. 286 ust. 4) prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że:

- 1) w Rozdziale IV – „Informacje podstawowe”, w ust. 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „11.02.2022 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „12.02.2022 r.”,
- 2) w Rozdziale XVII – „Miejsce oraz termin składania ofert” w ust. 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „13.01.2022 r. do godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „14.01.2022 r. o godz. 10:00”,
- 3) w Rozdziale XVII – „Miejsce oraz termin składania ofert” w ust. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „13.01.2022 r. o godz. 12:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „14.01.2022 r. o godz. 12:00”,
- 4) w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasową tabelę o następującej treści: „

L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe	Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego	Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regulami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745
1.	ZESTAW DO NEFROSTOMII 2-STOPNIOWEJ 8 CH/9 CH W ZESTAWIE: IGŁA, CEWNIK J POKRYTY HYDROŻELEM Z POPRZECZNYMI ROWKAMI UŁATWIAJĄCYMI ZAMOCOWANIE NITKĄ, MANDRYN DO PROSTOWANIA CEWNIKA, PROWADNICA, KRANIK, ŁĄCZNIK .PRÓBKA	Szt.	20							
2.	ZESTAW DO NEFROSTOMII 2-STOPNIOWEJ 10CH, W ZESTAWIE: IGŁA, CEWNIK J POKRYTY HYDROŻELEM Z BALONEM, MANDRYN DO PROSTOWANIA CEWNIKA, PROWADNICA,	Szt.	730							

	KRANIK, ŁĄCZNIK. PRÓBKA									
3.	KATETERY MOCZOWODOWE PODWÓJNY PIGTAIL 6F O DŁUGOŚCI 24CM I 26CM, PĘTLA PĘCHERZOWA O ŚREDNICY 2 CM. PRÓBKA Z DOWOLNEGO ROZMIARU.	Szt.	200							
4.	IGŁA DO PUNKCJI NERKI 18GX20CM. PRÓBKA	Szt.	79							
5.	ZESTAW: CEWNIK FOLEY 100% SILIKON. POJ. BALONU 10 ML. Z WYPEŁNIENIEM BALONU: ZAŁĄCZONA STRZYKAWKA 10 ML Z 10% ROZTWOREM GLICERYNY. CEWNIK Z KOŃCÓWKĄ I LINIĄ CIENIODAJNĄ W RTG NA CAŁEJ DŁUGOŚCI. TRANSPARENTNY. CZAS UTRZYMANIA MIN. 12 tygodni POTWIERDZONY NA OPAKOWANIU LUB W INSTRUKCJI UŻYCIA. ROZMIARY CH-16, CH- 18, CH-20, CH-22. PRÓBKA Z DOWOLNEGO ROZMIARU.	Szt.	300							
6.	DREN DO SSAKA DŁ. 210 CM PRAŻKOWANY PODŁUŻNIE NA ZEWNĄTRZ, MIĘKKIE ANTYZAŁAMANIOWE ZABEZPIECZENIA OBU ŻEŃSKICH KOŃCÓWEK, KOŃCÓWKA OD STRONY SSAKA UNIWERSALNA DOCINANA (8-18MM), PODWÓJNIE OPAKOWANE WEW. FOLIOWE PERFOROWANE, ZEWN. PAPIEROWO FOLIOWE, ŚREDNICA CH-24. PRÓBKA	Szt.	195							
7.	DREN DO SSAKA DŁ. 350 CM PRAŻKOWANY PODŁUŻNIE NA ZEWNĄTRZ, MIĘKKIE	Szt.	3805							

	ANTYZAŁAMANIOWE ZABEZPIECZENIA OBU ŻEŃSKICH KOŃCÓWEK, KOŃCÓWKA OD STRONY SSAKA UNIWERSALNA DOCINANA (8-18MM), PODWÓJNIE OPAKOWANE WEW. FOLIOWE PERFOROWANE, ZEWN. PAPIEROWO FOLIOWE, ŚREDNICA CH-24. PRÓBKA								
8.	KOSZYK DORMIA Z NITYNOLU JEDNORAZOWY, STERYLNY . DO USUWANIA KAMIENI Z MOCZOWODU, DŁ. UŻYTKOWA 90CM, 4 SPIRALNE DRUTY, ROZBIERALNA RĄCZKA. ROZMIARY 2,5CH; 3CH; 4CH. ROZMIAR KOSZYCZKA 12,5MM DLA 2,5CH ORAZ 15 MM DLA ROZMIARÓW 3CH I 4 CH. PRÓBKA Z DOWOLNEGO ROZMIARU.	Szt.	285						
9.	ZESTAW MONO J ZAWIERAJĄCY CEWNIK MONO J WYKONANY Z MATERIAŁU DWUWARSTWOWEGO INNEGO NIŻ POLIURETAN, DŁUGOŚĆ 90CM OTWARTY/ZAMKNIĘT Y, PROWADNICA SELDINGERA, ZATYCZKA, ŁĄCZNIK DO WORKA NA MOCZ. ROZMIARY 6F, 7F, 8F. PRÓBKA Z DOWOLNEGO ROZMIARU.	Szt.	10						
10.	ZESTAW DO SZYNOWANIA MOCZOWODÓW TZW. DJ. ZAWIERAJĄCY CEWNIK WYKONANY W 100% Z SILIKONU OTWARTY/ZAMKNIĘT Y STEROWALNY POPYCHACZ , PROWADNICA .	Szt.	200						

	ROZMIARY 6F, 7F, 8F. DŁUGOŚĆ 24CM, 26CM, 28CM DLA KAŻDEGO ROZMIARU. PRÓBKA Z DOWOLNEGO ROZMIARU. CZAS UTRZYMANIA MIN. 12 M-CY POTWIERDZONA NA OPAKOWANIU LUB W INSTRUKCJI UŻYCIA.								
11.	ZESTAW DO SZYNOWANIA MOCZOWODÓW ZAWIERAJĄCY CEWNIK WYKONANY Z POLIURETANU SKALOWANY CO 1CM Z LINIĄ POZYCJONUJĄCĄ, POPYCHACZ, CEWNIK, PROWADNICA PTFE, CEWNIK MA BYĆ POŁĄCZONY Z POPYCHACZEM. ROZMIARY 4,8F; 6F I 7F. DŁUGOŚĆ 24CM, 26CM, 28CM DLA KAŻDEGO ROZMIARU (DŁUGOŚĆ MIERZONA MIĘDZY ŚRODKAMI OBU PĘTLI). PRÓBKA Z DOWOLNEGO ROZMIARU.	Szt.	120						
12.	ZESTAW DO SZYNOWANIA MOCZOWODÓW ZAWIERAJĄCY CEWNIK WYKONANY Z POLIURETANU SKALOWANY CO 1CM Z LINIĄ POZYCJONUJĄCĄ, POPYCHACZ DŁ. MIN. 80CM DO URS POŁĄCZONY Z CEWNIKIEM NAWET PO USUNIĘCIU PROWADNICY, PROWADNICA PTFE . CEWNIK MA BYĆ POŁĄCZONY Z POPYCHACZEM. ROZMIARY 4,8F. DŁUGOŚĆ 26CM, 28CM (DŁUGOŚĆ MIERZONA MIĘDZY ŚRODKAMI OBU PĘTLI). PRÓBKA Z DOWOLNEGO ROZMIARU.	Szt.	500						
13.	ROZSZERZADŁA	Szt.	10						

	MOCZOWODOWE 8/10F, 12/14F, DŁ. 48 CM DLA KAŻDEGO ROZMIARU. KOAKSJALNE DO PROWADNICY 0,038". PRÓBKA Z DOWOLNEGO ROZMIARU.									
14.	PROWADNICA SELDINGERA Z NITINOLOWYM RDZENIEM I PORYCIEM HYDROŻELOWYM Z MIĘKKIM ATRAUMATYCZNYM KOŃCEM. DŁ 150CM ROZMIAR 0,035". PRÓBKA.	Szt.	10							
15	PROWADNICA SELDINGERA Z NITINOLOWYM RDZENIEM I PORYCIEM HYDROŻELOWYM Z MIĘKKIM ATRAUMATYCZNYM KOŃCEM. DŁ 150CM ROZMIAR 0,035". EKSTRA SZTYWNA W CZĘŚCI PROSTEJ. PRÓBKA	Szt.	10							
	Ogółem:									

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza się nową tabelę o następującej treści: „

L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe	Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego	Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regulami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745
1.	ZESTAW DO NEFROSTOMII 2-STOPNIOWEJ 8 CH/9 CH W ZESTAWIE: IGŁA, CEWNIK J	Szt.	20							

	POKRYTY HYDROŻELEM Z POPRZECZNYMI ROWKAMI UŁATWIAJĄCYMI ZAMOCOWANIE NITKĄ, MANDRYN DO PROSTOWANIA CEWNIKA, PROWADNICA, KRANIK, ŁĄCZNIK .PRÓBKA									
2.	ZESTAW DO NEFROSTOMII 2- STOPNIOWEJ 10CH, W ZESTAWIE: IGŁA, CEWNIK J POKRYTY HYDROŻELEM Z BALONEM, MANDRYN DO PROSTOWANIA CEWNIKA, PROWADNICA, KRANIK, ŁĄCZNIK. PRÓBKA	Szt.	730							
3.	KATETERY MOCZOWODOWE PODWÓJNY PIGTAIL 6F O DŁUGOŚCI 24CM I 26CM, PĘTLA PĘCZERZOWA O ŚREDNICY 2 CM. PRÓBKA Z DOWOLNEGO ROZMIARU.	Szt.	200							
4.	IGŁA DO PUNKCJI NERKI 18GX20CM. PRÓBKA	Szt.	79							
5.	ZESTAW: CEWNIK FOLEY 100% SILIKON. POJ. BALONU 10 ML. Z WYPEŁNIENIEM BALONU: ZAŁĄCZONA STRZYKAWKA 10 ML Z 10% ROZTWOREM GLICERYNY. CEWNIK Z KOŃCÓWKĄ I LINIĄ CIENIODAJNĄ W RTG NA CAŁEJ DŁUGOŚCI. TRANSPARENTNY. CZAS UTRZYMANIA MIN. 12 tygodni POTWIERDZONY NA OPAKOWANIU LUB W INSTRUKCJI UŻYCIA. ROZMIARY CH-16, CH- 18, CH-20, CH-22. PRÓBKA Z DOWOLNEGO ROZMIARU.	Szt.	300							

6.	DREN DO SSAKA DŁ. 210 CM PRAŻKOWANY PODŁUŻNIE NA ZEWNĄTRZ, MIĘKKIE ANTYZAŁAMANIOWE ZABEZPIECZENIA OBU ŻEŃSKICH KOŃCÓWEK, KOŃCÓWKA OD STRONY SSAKA UNIWERSALNA DOCINANA (8-18MM), PODWÓJNIE OPAKOWANE WEW. FOLIOWE PERFOROWANE, ZEWN. PAPIEROWO FOLIOWE, ŚREDNICA CH-24. PRÓBKA	Szt.	195						
7.	DREN DO SSAKA DŁ. 350 CM PRAŻKOWANY PODŁUŻNIE NA ZEWNĄTRZ, MIĘKKIE ANTYZAŁAMANIOWE ZABEZPIECZENIA OBU ŻEŃSKICH KOŃCÓWEK, KOŃCÓWKA OD STRONY SSAKA UNIWERSALNA DOCINANA (8-18MM), PODWÓJNIE OPAKOWANE WEW. FOLIOWE PERFOROWANE, ZEWN. PAPIEROWO FOLIOWE, ŚREDNICA CH-24. PRÓBKA	Szt.	3805						
8.	KOSZYK DORMIA Z NITYNOLU JEDNORAZOWY, STERYLNY . DO USUWANIA KAMIENI Z MOCZOWODU, DŁ. UŻYTKOWA 90CM, 4 SPIRALNE DRUTY, ROZBIERALNA RĄCZKA. ROZMIARY 2,5CH; 3CH; 4CH. ROZMIAR KOSZYCZKA 12,5MM DLA 2,5CH ORAZ 15 MM DLA ROZMIARÓW 3CH I 4 CH. PRÓBKA Z DOWOLNEGO ROZMIARU.	Szt.	285						
9.	ZESTAW MONO J ZAWIERAJĄCY CEWNIK MONO J WYKONANY Z MATERIAŁU	Szt.	10						

	DWUWARSTWOWEGO INNEGO NIŻ POLIURETAN, DŁUGOŚĆ 90CM OTWARTY/ZAMKNIĘT Y, PROWADNICA SELDINGERA, ZATYCZKA, ŁĄCZNIK DO WORKA NA MOCZ. ROZMIARY 6F, 7F, 8F. PRÓBKA Z DOWOLNEGO ROZMIARU.								
10.	ZESTAW DO SZYNOWANIA MOCZOWODÓW TZW. DJ. ZAWIERAJĄCY CEWNIK WYKONANY W 100% Z SILIKONU OTWARTY/ZAMKNIĘT Y STEROWALNY POPYCHACZ , PROWADNICA . ROZMIARY: 6F, 7F (DOSTĘPNE DŁUGOŚCI 24CM, 26CM, 28CM DLA KAŻDEGO ROZMIARU) , ROZMIAR 8F (DOSTĘPNE DŁUGOŚCI 26CM, 28CM). PRÓBKA Z DOWOLNEGO ROZMIARU. CZAS UTRZYMANIA MIN. 12 M-CY POTWIERDZONA NA OPAKOWANIU LUB W INSTRUKCJI UŻYCIA	Szt.	200						
11.	ZESTAW DO SZYNOWANIA MOCZOWODÓW ZAWIERAJĄCY CEWNIK WYKONANY Z POLIURETANU SKALOWANY CO 1CM Z LINIĄ POZYCJONUJĄCĄ, POPYCHACZ, CEWNIK, PROWADNICA PTFE, CEWNIK MA BYĆ POŁĄCZONY Z POPYCHACZEM. ROZMIARY 4,8F; 6F I 7F. DŁUGOŚĆ 24CM, 26CM, 28CM DLA KAŻDEGO ROZMIARU (DŁUGOŚĆ MIERZONA MIĘDZY ŚRODKAMI OBU PĘTLI). PRÓBKA Z DOWOLNEGO ROZMIARU.	Szt.	120						

12.	ZESTAW DO SZYNOWANIA MOCZOWODÓW ZAWIERAJĄCY CEWNIK WYKONANY Z POLIURETANU SKALOWANY CO 1CM Z LINIĄ POZYCJONUJĄCĄ, POPYCHACZ DŁ. MIN. 80CM DO URS POŁĄCZONY Z CEWNIKIEM NAWET PO USUNIĘCIU PROWADNICY, PROWADNICA PTFE . CEWNIK MA BYĆ POŁĄCZONY Z POPYCHACZEM. ROZMIARY 4,8F. DŁUGOŚĆ 26CM, 28CM (DŁUGOŚĆ MIERZONA MIĘDZY ŚRODKAMI OBU PĘTLI). PRÓBKA Z DOWOLNEGO ROZMIARU.	Szt.	500						
13.	ROZSZERZADŁA MOCZOWODOWE 8/10F, 12/14F, DŁ. 48 CM DLA KAŻDEGO ROZMIARU. KOAKSJALNE DO PROWADNICY 0,038". PRÓBKA Z DOWOLNEGO ROZMIARU.	Szt.	10						
14.	PROWADNICA SELDINGERA Z NITINOLOWYM RDZENIEM I PORYCIEM HYDROŻELOWYM Z MIĘKKIM ATRAUMATYCZNYM KOŃCEM. DŁ 150CM ROZMIAR 0,035". PRÓBKA.	Szt.	10						
15	PROWADNICA SELDINGERA Z NITINOLOWYM RDZENIEM I PORYCIEM HYDROŻELOWYM Z MIĘKKIM ATRAUMATYCZNYM KOŃCEM. DŁ 150CM ROZMIAR 0,035". EKSTRA SZTYWNA W CZĘŚCI PROSTEJ. PRÓBKA	Szt.	10						

Ogółem:									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 10.01.2022 r. modyfikację swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania www.med.torun.pl i miniPortalu.