

Toruń, dn. 28 grudnia 2021 r.

L.dz. SSM.DZP.200.162.2021

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym (wariant I) na dostawę sprzętu do dializ.

I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawców w dniu 27.12.2021 r., pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 1 zadanie 3 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długościach: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm do wyboru przez Zamawiającego ?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Dotyczy załącznik nr 1 formularz cenowy zadanie nr 2:

W związku z brakiem numeracji dwóch pierwszych pozycji prosimy Zamawiającego o wprowadzenie stosownej korekty pisarskiej.

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie

Dotyczy załącznik nr 1 formularz cenowy zadanie nr 2 obecna pozycja nr 18:

W związku z oferowaniem w obecnych pozycjach nr 6, 7, 8 oryginalnych zestawów terapeutycznych do terapii z antykoagulacją cytrynianową na aparatach typu MultiFiltrate posiadających dedykowane przyłącza cytrynianu sodu i chlorku wapnia zgodne z oferowanymi workami, co oznacza możliwość połączenia zestawów z workami bezpośrednio i bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów - prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do złożenia oferty w powyższym zadaniu bez wyceny obecnej pozycji nr 18.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zaoferowania w poz. 8, 9, 10 (po zmianie numeracji - modyfikacji) oryginalnych zestawów terapeutycznych do terapii z antykoagulacją cytrynianową na aparatach typu MultiFiltrate posiadających dedykowane przyłącza cytrynianu sodu i chlorku wapnia zgodne z oferowanymi workami, co oznacza możliwość połączenia zestawów z workami bezpośrednio i bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

II. Na podstawie art. art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający **modyfikuje treść SWZ** w taki sposób, że w załączniku nr 1 do SWZ w zadaniu nr 2 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

Zadanie nr 2 – Zadanie II

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO APARATÓW MULTIFILTRATE /MULTIFILTRATEPRO PROD.FRESENIUS MEDICAL CARE

Lp.	Nazwa	KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE Z REGULAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – podać!	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	V a t %	Wartość brutto	Podać dane: Producent/ nazwa handlowa/ wszystkie nr-y katalogowe	Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
	CEWNIKI DO HEMODIALIZ, DWUKANAŁOWE SILIKON 100%, PAKOWANE JAKO STERYLNE JEDNORAZOWE ZESTAWY CEWNIK DIALIZACYJNY 11,5/13,5 F O DŁUGOŚCI 15/20/24 CM, DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO		SZT.	390						
	CEWNIKI DO HEMODIALIZ, DWUKANAŁOWE SILIKON 100%, PAKOWANE JAKO STERYLNE JEDNORAZOWE ZESTAWY CEWNIK DIALIZACYJNY 13,5 F O DŁUGOŚCI 28/35CM, DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEG		SZT.	18						
1	KOLEC DO NAKŁUWANIA SPIKE (IGŁA PLASTIKOWA O DŁ. 72MM) – OPAKOWANIE =100 SZTUK		OPAK.	4						
2	PŁYN SUBSTYTUCYJNY DO HEMOFILTRACJI BUFOROWANY WODOROWĘGLANEM 35 MMOL/L I GLUKOZĄ 5,55 MMOL/L O STĘŻENIU WAPNIA 1,5 MMOL/L, POTASU 0/2/3/4 MMOL/L DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO		WOREK A'5000 ML	88						
3	ROZDZIELACZ 2X4 DAJĄCY MOŻLIWOSĆ PODŁĄCZENIA 4 WORKÓW Z ROZTWORAMI DO KASETY		SZT.	206						
4	STRZYKAWKA 50ML Z GUMOWYM TŁOKIEM, LUER-LOCK O PŁYNNYM PRZESUWIE		SZT.	50						
5	WOREK NA FILTRAT O POJEMNOSCI 10 L, WYPOSAŻONY W ZAWÓR SPUSTOWY		SZT.	242						
6	ZESTAW DO CIĄGŁEJ HEMODIALIZY Z REGIONALNĄ ANTYKOAGULACJĄ CYTRYNIANOWĄ Z FILTREM O POWIERZCHNI DYFUZYJNEJ 1,8 M ²		ZESTAW	65						
7	ZESTAW DO CIĄGŁEJ HEMODIALIZY Z REGIONALNĄ ANTYKOAGULACJĄ CYTRYNIANOWĄ Z FILTREM O		ZESTAW	4						

1	CEWNIKI DO HEMODIALIZ, DWUKANAŁOWE SILIKON 100%, PAKOWANE JAKO STERYLNE JEDNORAZOWE ZESTAWY CEWNIK DIALIZACYJNY 11,5/13,5 F O DŁUGOŚCI 15/20/24 CM, DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO		SZT.	390						
2	CEWNIKI DO HEMODIALIZ, DWUKANAŁOWE SILIKON 100%, PAKOWANE JAKO STERYLNE JEDNORAZOWE ZESTAWY CEWNIK DIALIZACYJNY 13,5 F O DŁUGOŚCI 28/35CM, DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEG		SZT.	18						
3	KOLEC DO NAKŁUWANIA SPIKE (IGŁA PLASTIKOWA O DŁ. 72MM) – OPAKOWANIE =100 SZTUK		OPAK.	4						
4	PŁYN SUBSTYTUCYJNY DO HEMOFILTRACJI BUFOROWANY WODOROWĘGLANEM 35 MMOL/L I GLUKOZĄ 5,55 MMOL/L O STĘŻENIU WAPNIA 1,5 MMOL/L, POTASU 0/2/3/4 MMOL/L DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO		WOREK A'5000 ML	88						
5	ROZDZIELACZ 2X4 DAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA 4 WORKÓW Z ROZTWORAMI DO KASETY		SZT.	206						
6	STRZYKAWKA 50ML Z GUMOWYM TŁOKIEM, LUER-LOCK O PŁYNNYM PRZESUWIE		SZT.	50						
7	WOREK NA FILTRAT O POJEMNOŚCI 10 L, WYPOSAŻONY W ZAWÓR SPUSTOWY		SZT.	242						
8	ZESTAW DO CIĄGŁEJ HEMODIALIZY Z REGIONALNĄ ANTYKOAGULACJĄ CYTRYNIANOWĄ Z FILTREM O POWIERZCHNI DYFUZYJNEJ 1,8 M ²		ZESTAW	65						
9	ZESTAW DO CIĄGŁEJ HEMODIALIZY Z REGIONALNĄ ANTYKOAGULACJĄ CYTRYNIANOWĄ Z FILTREM O POWIERZCHNI DYFUZYJNEJ 1,8 M ² , Z PUNKTEM ODCIĘCIA OK. 40 kD		ZESTAW	4						
10	ZESTAW DO CIĄGŁEJ POSTDYLUJNEJ HEMODIAFILTRACJI Z REGIONALNĄ ANTYKOAGULACJĄ CYTRYNIANOWĄ Z FILTREM O POWIERZCHNI DYFUZYJNEJ 1,8 M ²		ZESTAW	10						
11	ZESTAW DO CIĄGŁEJ POSTDYLUJNEJ HEMODIAFILTRACJI Z ANTYKOAGULACJĄ HEPARYNOWĄ, Z FILTREM O POWIERZCHNI DYFUZYJNEJ 1,4 M ²		ZESTAW	10						
12	ZESTAW DO CIĄGŁEJ PRE- POSTDYLUJNEJ HEMOFILTRACJI Z ANTYKOAGULACJĄ HEPARYNOWĄ Z FILTREM O POWIERZCHNI DYFUZYJNEJ 1,8 M ²		ZESTAW	10						
13	ZESTAW DO CIĄGŁEJ HEMOFILTRACJI Z ANTYKOAGULACJĄ HEPARYNOWĄ Z FILTREM O POWIERZCHNI DYFUZYJNEJ 1,4 M ²		ZESTAW	10						
14	ZESTAW DO TERAPEUTYCZNEJ WYMIANY OSOCZA Z PLAZMAFILTREM 0,6 M ² ORAZ JAŁOWYM WORKIEM NA FILTRAT		ZESTAW	10						
15	DWUWODNY ROZTWÓR CHLORKU WAPNIA O STĘŻENIU 100 MMOL/L W WORKU 1500 ML		WOREK A'1500 ML	200						

16	ZESTAW DO USUWANIA DWUTLENKU WĘGLA W TRAKCIE CIĄGŁEJ TERAPII MERKOZASTĘPCZEJ Z WYMIENNIKIEM GAZÓW O POW. 1,35M ²		ZESTAW	1						
17	ROZTWÓR DO ZABEZPIECZENIA CEWNIKA DIALIZACYJNEGO NA BAZIE 46,7 % LUB 30% CYTRYNIANU SODU CITRALOCK-C- OPAKOWANIE 20 FIOLEK		OPAK.	9						
18	CEWNIK DIALIZACYJNY FREEFLOW W ROZMIARZE 15,5 F O DŁ. 15/20/24 CM W ZESTAWACH		ZESTAW	10						
19	ZESTAW DO HEMODIAFILTRACJI HEPARYNOWEJ Z FILTREM 1,8 M ² LUB 1,4 M ²		ZESTAW	5						
20	ADAPTER DO PODŁĄCZENIA WORKÓW Z ROZTWOREM CHLORKU WAPNIA		SZT.	50						
21	Ogółem:									

”.

Pozostałe warunki zgodne z SWZ.