

Toruń, dn. 14 maja 2021 r.

L.dz. SSM.DZP.200.30.2021

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę myjek do toalety pacjenta.

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 13 maja 2021 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu

Serweta DHS z laminatu PP+PE dwuwarstwowego min 60 g/m², rozmiar 236/210 cm x 410 cm z osłoną na ekran anestezjologiczny z zakładkami i 2 przylepcami w części górnej, z częścią chłonną centralną 210 cm x 80 cm z polem chłonnym 210 cm x 80 cm, z dwoma otworami 10 cm x 42,5 cm wypełnionymi folią operacyjną, rozmiar 237 cm x 180 cm z zakładkami i przylepcami stanowiącymi osłony kończyn dolnych pacjenta – 1 szt. gramatura 140g/m² w obszarze krytycznym

odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 168/168 kPa w strefie krytycznej, - Odporność na penetrację płynów (chłonność)

165 cm H₂O

Serweta na stół instrumentacyjny 150 cm x 190 cm (na całej powierzchni chłonny, gramatura min.55g/m², Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 167 cm H₂O

Serweta na stół Mayo 78 cm x 145 cm wykonana z mocnej folii pe o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnieniem 65x85cm, wykonanym z laminatu dwuwarstwowego PE+PP. Łączna gramatura 140g/m²

Ręczniki chłonne – 2 szt.

Taśma przylepna 10 cm x 50 cm – 1 szt.,

Kieszka na płyny przylepna jednokomorowa 30 x 40 cm – 1 szt.

Asortyment wolny od lateksu., opakowanie zestawu papierowo-foliowe (blister), karton wewnętrzny do magazynowania i karton zewnętrzny do transportu, - sterylizacja tlenkiem etylenu, - termin ważności min 2 lata od daty produkcji, - 2 etykiety, REF, LOT, Data ważności + 1 etykieta REF, LOT, Data ważności, kod kreskowy + 1 etykieta z kodem kreskowym, zgodność z normą PN-EN 13795

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z siwz.

Pozostałe warunki zgodne z swz.