

Toruń, dn. 11 sierpnia 2021 r.

L.dz. SSM.DZP.200.85.2021

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na szkiełek mikroskopowych.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 30.07.2021 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Pytanie nr 1 Poz.2,3: Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe o standardowej grubości tj. 0,13-0,17 mm, zgodnej z normą ISO 8255-1? Szkiełka spełniają pozostałe parametry SWZ.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Pytanie nr 2. Poz.2,3: Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe w opakowaniu dwuczęściowym wykonanym z plastiku (opakowanie zbiorcze – pudełko kartonowe)? Szkiełka spełniają pozostałe parametry SWZ.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza opakowanie wykonanym z plastiku pod warunkiem że szkiełka zamknięte będą również hermetycznie w folię nieprzepuszczającą promieni słonecznych zabezpieczającą przed wilgocią.

Pytanie

Pytanie nr 3. Dotyczy wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Pytanie nr 4. Przy ocenie ofert Zamawiający stosuje kryterium 95% ceny i 5% dostawa, brak jest kryterium jakościowego. W związku z tym prosimy o odstąpienie od wymogu złożenia próbek wraz z ofertą. W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o doprecyzowanie:

- do czego próbki będą potrzebne – sposób ich wykorzystania w przedmiotowym postępowaniu,
- dokładnie opisanie kryterium badania próbek

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ tj. zapisami w punkcie 7 **PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:** PKT. 3) próbka odpowiednio do oznaczonej pozycji wyszczególnionej w załączniku nr 1, **w celu potwierdzenia zgodności złożonej oferty z wymogami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.**

Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

Dnia 11/08/2021 odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie na stronie prowadzonego postępowania www.med.torun.pl