

Toruń, dn. 29 lipca 2021 r.

L.dz. SSM.DZP.200.86.2021

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę masek chirurgicznych.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 28.07.2021 r., 29.07.2021 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Pakiet 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek o gramaturze 75g/m², pakowanych po 50szt/op, ciśnienie óznicowe <40Pa

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza pakowane po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Pytanie

Prosimy aby Zamawiający dopuścił maski medyczne 3- warstwowe typu IIR zakładane na gumki. Rozwiązanie takie umożliwi szybsze i sprawniejsze zakładanie maski bez pomocy innych osób, dzięki czemu zachowujemy higienę i bezpieczeństwo pracy. Mocne i trwałe gumki mają okrągły kształt, co pozwala na komfortowe użytkowanie maseczki, a ich odpowiednio dobrana długość nie powoduje ucisku dla użytkownika Ponadto regulowany zacisk nosowy uniemożliwia przesuwanie się maski a jego konstrukcja nie powoduje parowanie okularów użytkownika. Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na pozycje?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną z trokami zgodną z normą 14683 typ II o ciśnieniu różnicowym 34,67 Pa/cm²?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną z trokami o ciśnieniu różnicowym poniżej lub równym 34,67 Pa/cm² pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Pozostałe warunki zgodne z SWZ.