

Toruń, dn. 10 sierpnia 2021 r.

L.dz. SSM.DZP.200.86.2021

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę masek chirurgicznych.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawców w dniu 30.07.2021 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

1. Pakiet 1, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego produktu: Maski chirurgiczna trzywarstwowa z trokami. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. w części środkowej posiadająca zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy -zakrycie nosa, ust i brody, w jednej krawędzi posiadająca wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania Zgodna z normą 14683, typ II lub IIR,BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm<sup>2</sup> Kolor niebieski. Mikrobiologicznie czyste Pakowana po 60 szt. w kartonik w formie podajnika, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza opakowanie A'60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

Pytanie

Zadanie 1. Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski medycznej typu II wykonanej z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, z wkładką modelującą na nos, z zakładkami w części centralnej umożliwiającymi dopasowanie do kształtu twarzy. Maski zgodna z normą PN-EN 14683: 2019, skuteczność filtracji bakteryjnej 99% BFE, opór oddechowy >38 Pa/cm<sup>2</sup>, odporność na spryskanie >16 kPa, czystość mikrobiologiczna >30 cfu/g wg PN-EN ISO 11737-1. Maski mocowana za uszy, za pomocą elastycznych gumek. Gramatura poszczególnych warstw: zewnętrzna 23, środkowa 25, wewnętrzna 28 g/m<sup>2</sup>. Wymiary maski: długość 17,5 cm x szerokość 9,5 cm (±0,5 cm). Opakowanie zawiera 50 szt., pełni funkcję dyspensera.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Zadanie 1. Poz.2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej odpornej na spryskanie wykonanej z min. czterech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,4%, odporność na spryskanie 21 kPa. Ciśnienie różnicowe <37 Pa/cm<sup>2</sup>. Maski typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Kolor fioletowy. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

Dnia 10/08/2021 odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie na stronie prowadzonego postępowania [www.med.torun.pl](http://www.med.torun.pl)