

Toruń, dn. 9 sierpnia 2021 r.

L.dz. SSM.DZP.200.88.2021

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tasiemek do TVT.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 3.08.2021 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do przeprowadzenia metodą inside-out z dostępu załonowego.

Parametry:

1. System całkowicie jednorazowy, sterylny
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma „Tension Free”:
 - Długość – 319 mm
 - Szerokość – 13 mm
 - Grubość – 0,5 mm
 - Gramatura – 90 g/m²
 - Klasyfikacja AMIDA – TYP 1
3. Taśma o brzegach ciętych laserowo oraz dodatkowo w powłoce ochronnej PTFE połączona z plastikowymi osłonkami na prowadnicę koloru zielonego, które kontrastują podczas cystoskopii
4. Jednorazowa prowadnica o średnicy 3,6 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, charakteryzująca się ergonomicznym projektem plastikowego uchwytu ze wskaźnikiem położenia i profilowana do przejścia załonowego
5. Atraumatyczny koniec prowadnicy w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń otaczających tkanek i naczyń krwionośnych podczas implantacji taśmy
6. Taśma zawiera płytkę do właściwego jej pozycjonowania, z możliwością jej usunięcia
7. Implantacja z dostępu załonowego metodą inside-out

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie ze SWZ.

Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

Dnia 09/08/2021 odpowiedź na pytanie zamieszczono na stronie na stronie prowadzonego postępowania www.med.torun.pl