

L.dz. SSM.DZP.200.94.2021

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne, przetarg nieograniczony, dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamicznej.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 08.11.2021 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytania

Pytanie do pakietu 1

Ze względu na możliwość zaoferowania produktów konkurencyjnych, testowanych w pracowni (próbki produktowe) , zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu niewiele różniącego się od opisanego w SIWZ.

Dopuszczenie wersji alternatywnej z pewnością przełoży się na znaczne oszczędności.

Poniżej proponowane parametry:

Pozycja 1 i 2 – wytrzymałość ramp do 500 PSI, pozostałe warunki SIWZ spełnione

Zdjęcie proponowanego produktu:



Pozycja 3

- y konektor wersja push- click (współpracujący z urządzeniami do 8 F) oraz wersja wkręcana (współpracujący z urządzeniami do 9 F) do wyboru

- wersja push-click pracuje w 3 pozycjach: otwarta, półotwarta, zamknięta

- wersja zakręcana z podwójną zastawką zabezpieczającą

- wersja z wężykiem lub bez

Poniżej zdjęcie y konektorów:



Pozycja 4, 5, 6, 7 i 8, 9 warunki SIWZ spełnione.

Pozycja 10

- balon o średnicach 1.5mm, 1.75mm, 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 4.0mm

- długości : 9mm,10mm,12mm,15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm

- ciśnienie nominalne 6 atm

- balon SC Rx

- RBP 16 atm

- ABP 21 kPa

- shaft dystalny : 0.0335" (2.55F)
- shaft proxymalny 0.0270" (2.0F)
- profil wejścia 0.017"
- kompatybilny min z cewnikiem prowadzącym 5 F
- długość tip 2,5 mm

Pozycja 11 i 12 warunki SIWZ spełnione

8 z 12 proponowanych produktów spełnia wszystkie wymogi SIWZ, a niewielkie różnice w pozostałych produktach nie wpływają na walory użytkowe.

Asortyment jest znany, stosowany w wielu pracowniach w Polsce od wielu lat.

Odpowiedź na powyższe pytania

Zgodnie z SWZ.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 29.11.2021 odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie na stronie prowadzonego postępowania www.med.torun.pl i www.miniportal.uzp.gov.pl