

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamicznej dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

- I. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w zadaniu nr 1 dokonano wyboru następującego Wykonawcy:

Oferta nr 1, Zadanie nr 1
Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 54a/2,
53-333 Wrocław

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

- II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 1x użytku do Pracowni Hemodynamicznej w zadaniu nr 2 zostało przez Zamawiającego unieważnione na podstawie art. 255 ust.1, ponieważ nie złożono w postępowaniu żadnej oferty. Brak ofert.
- III. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 1x użytku do Pracowni Hemodynamicznej w zadaniu nr 3 zostało unieważnione przez Zamawiającego na podstawie art. 255 ust.2, ponieważ wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.

Informacja o złożonych ofertach:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1	Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53-333 Wrocław – zad.1
2	Balton Sp. z o. o. ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa – zad.1
3	Cardinal Health Poland Sp. z o.o. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa– zad.3

Punktacja ofert:

Oferta nr 1, Zadanie nr 1, Cena 95% Termin ważności produktu 5% Razem 100%

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Oferta Firmy Balton Sp z o.o. w zadaniu nr 1 podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia opisanego w SWZ w niżej wymienionym zakresie:

- 1) Zamawiający w poz. 3 wymagał y-adaptera bez wężyka, którego nie zaoferował Wykonawca w złożonej ofercie;
- 2) Zamawiający w poz.10 wymagał cewnika w rozmiarze 0,70, którego nie zaoferował Wykonawca w złożonej ofercie.

Oferta Firmy Cardinal Health Poland Sp. z o.o. w zadaniu nr 3 podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia opisanego w SWZ w niżej wymienionym zakresie:

1) w poz.2. Wykonawca pomimo wysłanego w dniu 11.08.2022 r. wezwania na podstawie art. 107 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie potwierdził w przesłanych dokumentach, że zaoferowane cewniki ADROIT: 672-XXX-XX 558-XXX-XX: posiadają parametry: DWOMA RÓŻNYMI WIELKOŚCIAMI DRUTU (PŁASKI NA PŁASKI) UMOŻLIWIAJĄCY DOSKONAŁE PODPARCIE I STABILNOŚĆ KRZYWIZNY W TEMP 37 ST. C.

2) w poz.3. Wykonawca pomimo wysłanego w dniu 11.08.2022 r. wezwania na podstawie art. 107 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie potwierdził w przesłanych dokumentach, że zaoferowane cewniki VISTA BRITE TIP I LONG BRITE TIP: 556-XXX-XX; SMXXXX, 670-XXX-XX, 778-XXX-XX, 588-XXX, 558-XXXX, posiadają parametry: „możliwe wykorzystanie podczas metody ""kissing"". cewniki odporne na załamania o stałej średnicy wewnętrznej. pamięć kształtu niezależnie od czasu zabiegu. dzięki podwójnemu zbrojeniu zachowuje stabilność krzywizny w temperaturze 37st. c. konstrukcja oparta na budowie 5 -cio segmentowej o różnej sztywności.”.

3) w poz.4. Wykonawca pomimo wysłanego w dniu 11.08.2022 r. wezwania na podstawie art. 107 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie potwierdził, że zaoferowany asortyment posiada parametry: „KISSING BALLOON" DLA 5F. POKRYCIE HYDROFILNE BALONU TR2. WYMIARY SHAFTU (DLA ŚREDNIC 1,5-2,75MM O DŁ. 10MM): - DYSTALNA 2,3/0.78 F/MM - GUIDEWIRE PORT 2.3/0.78 F/MM, - PROXYMALNA 1.8/0.60 F/MM.”.

4) w poz.5. Wykonawca pomimo wysłanego w dniu 11.08.2022 r. wezwania na podstawie art. 107 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie potwierdził w przesłanych dokumentach, że zaoferowany asortyment posiada parametry: „KISSING BALLOON" DLA 5F; POKRYCIE HYDROFILNE BALONU TR2, WYMIARY SHAFTU(DLA ŚREDNIC 1,5-2,0 DŁ. 10 MM): DYSTALNA 2.5/0.84, GUIDEWIRE PORT 2.6/0.88, PROXYMALNA 2.1/0.70.”.

Dnia 07/09/2022 r. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania