

Toruń, dn. 1 lipca 2022 r.

L.dz. SSM.DZP.200.130.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu do żywienia dojelitowego.

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 30.06.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Czy Zamawiający w załączniku nr 1 w pozycji 8 w związku z wyspecyfikowanym zgłębnikiem nosowo-żołądkowym oczekuje zgłębnika w rozmiarze CH 14 / 110 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie

Tak.

Pytanie

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o odstąpienie w załączniku 1 i w pozycjach 2-9 od konieczności dostarczenia próbek wraz z ofertą, gdyż wyspecyfikowany produkt jest od wielu lat znany i używany w Państwa szpitalu.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść swz w taki sposób, że;

- 1) w Rozdziale 21 – „Termin związania” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „03.08.2022 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „04.08.2022 r.”,
- 2) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust. 20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „05.07.2022 r. do godz. 8:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „06.07.2022 r. o godz. 08:00”,
- 3) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust. 20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „05.07.2022 r. o godz. 08:30”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „06.07.2022 r. o godz. 08:30.”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.