

Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę mikroskopów, wirówek laboratoryjnych, procesora tkankowego, kriostatu (I) dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

Dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:

Część 1

EVIDENT Europe GmbH
Ul. Caffamarcherreihe 8-10
20355 Hamburg Niemcy

Część 3

Elektro Med. Grzegorz Pałkowski
Ul. Zabierzowska 11
32-005 Niepołomice

Część 4

KAWA.SKA Sp. z o.o.
Ul. Zaczarowanej Róży 1
05-540 Zalesie Górne

Część 5

PRECOPTIC Co. Wojciechowsy sp.j.
Ul. Arkuszowa 77
01-934 Warszawa

Część 6

PRECOPTIC Co. Wojciechowsy sp.j.
Ul. Arkuszowa 77
01-934 Warszawa

Oferty najkorzystniejsze z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert.

Część 2 unieważniono na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Informacja o złożonych ofertach:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
1	EVIDENT Europe GmbH Ul. Caffamarcherreihe 8-10 20355 Hamburg Niemcy - część 1	2	PRECOPTIC Co. Wojciechowsy sp.j. Ul. Arkuszowa 77 01-934 Warszawa – część 5,6
3	Elektro Med. Grzegorz Pałkowski Ul. Zabierzowska 11 32-005 Niepołomice – część 3	4	„MPW MED. INSTRUMENTS” Spółdzielnia Pracy Ul. Boremlowska 46 04-347 Warszawa – część 2
5	KAWA.SKA Sp. z o.o. Ul. Zaczarowanej Róży 1 05-540 Zalesie Górne – część 4		

Punktacja ofert:

Część 1

Nr oferty	Kryteria oceny
1	Cena – 100 pkt

Część 3

Nr oferty	Kryteria oceny
3	Cena – 100 pkt

Część 4

Nr oferty	Kryteria oceny
5	Cena – 100 pkt

Część 5

Nr oferty	Kryteria oceny
2	Cena – 100 pkt

Część 6

Nr oferty	Kryteria oceny
2	Cena – 100 pkt

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Oferta Wykonawcy „MPW MED. INSTRUMENTS” Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Boremlowska 46 podlega w części nr 2 odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający dnia 6.10.2022 r. opublikował modyfikację SWZ, której w części 2 nie uwzględnił Wykonawca. Wykonawca nie potwierdził Zamawiającemu parametrów oferowanych wirówek laboratoryjnych.

Toruń, 2022-10-24