

Toruń, dn. 9 listopada 2022 r.

L.dz. SSM.DZP.200.182.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do dializ.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu: 03.11.2022 r. i 04.11.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów

2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej lub nienależyte wykonanej części umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

dotyczy zadania nr 1

Szanowni Państwo,

wymienione w tym zadaniu opisy produktów faworyzują wyłącznie jednego producenta tj. firmę Fresenius Medical Care przy czym w żadnym stopniu nie wpływają na większą skuteczność terapeutyczną w stosunku do innych producentów. Zamawiający bowiem opisał w sposób nadmierny i charakterystyczny wyłącznie płyny ww. producenta. Co prawda została dopuszczona możliwość składania ofert na produkty równoważne ale pod warunkiem przedłożenia oświadczenia producenta aparatu potwierdzającego kompatybilność, co w praktyce oznacza, że ofertę może złożyć wyłącznie jeden wykonawca. Firma Fresenius Medical Care nie wystawia bowiem, żadnym innym producentom płynów oświadczeń o kompatybilności z ich aparatami.

Jednocześnie w dniu 3 listopada 2022r. Zamawiający odpowiadając na pytania do ww. postępowania zmienił opis w zadaniu nr 1 tak, że ponownie zostały dopuszczone wyłącznie płyny jednego wykonawcy tj. firmy Fresenius Medical Care gdyż tylko ten producent posiada worki z przyłączem SecuNect.

Jest to wymóg nadmierny gdyż firma Fresenius Medical Care zaświadcza w innych postępowaniach przetargowych, że do produkowanych przez nich aparatów można stosować płyny różnych producentów. W

związku z tym, że SecuNect jest opatentowanym przyłączem worków firmy Fresenius i mając na uwadze powyższe wywnioskować należy, że worki łączyć można także za pomocą przyłącza SafeLock, które było stosowane z powodzeniem przez wiele lat i znajduje się zarówno w ofercie płynów firmy Fresenius jak i innych producentów.

Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o rzeczywiste dopuszczenie produktów równoważnych poprzez zamianę zapisów jak niżej:

Zad. 1 pkt. II ppkt. 5 w przypadku produktu równoważnego wymagane oświadczenie producenta płynów potwierdzającego kompatybilność- dopuszczenie do stosowania zaoferowanego asortymentu

Zad. 1 pkt. 1 Sodium Citrate 4% Natri Citras 4% 1500ml lub 2000ml nr katalog. F00008107 Fresenius Medical Care lub równoważny* produkt, o stężeniu cytrynianu 136mmol/l (4%), pojemność worka 1500ml lub 2000ml., Worek jednokomorowy z jednym portem podłączeniowym typu SecuNect lub SafeLock. zapakowany w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Próbką i karta potwierdzająca skład oferowanego produktu.

Zad 1 pkt. II płyny dializacyjne bezwapniowe w dwukomorowym worku zawierającym 4,5l zasadowego roztworu wodorowęglanu w jednej komorze i 0,5l kwaśnego roztworu elektrolitów i glukozy w drugiej komorze. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Zad. 1 pkt. II ppk. 1 płyn dializacyjny 5000ml o składzie (w gotowym do użycia roztworze Na⁺ 133mmol/L; K⁺ 2,0mmol/L; Ca⁺⁺ 0mmol/L; Mg⁺⁺1,00mmol/L; HCO₃⁻ 20mmol/L; CL⁻ 116,9mmol/L; H₃PO₄ 0mmol/L). Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Zad. 1 pkt. II ppk. 2 płyn dializacyjny 5000ml o składzie (w gotowym do użycia roztworze Na⁺ 133mmol/L; K⁺ 2,0mmol/L; Ca⁺⁺ 0mmol/L; Mg⁺⁺1,00mmol/L; HCO₃⁻20mmol/L; CL⁻ 115,7mmol/L; H₃PO₄ 1,25mmol/L). Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Zad. 1 pkt. II ppk. 3 płyn dializacyjny 5000ml o składzie (w gotowym do użycia roztworze Na⁺ 133mmol/L; K⁺ 4,0mmol/L; Ca⁺⁺ 0mmol/L; Mg⁺⁺1,00mmol/L; HCO₃⁻ 20mmol/L; CL⁻ 118,9mmol/L; H₃PO₄ 0mmol/L). Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Zad. 1 pkt. II ppk. 4 płyn dializacyjny 5000ml o składzie (w gotowym do użycia roztworze Na⁺ 133mmol/L; K⁺ 4,0mmol/L; Ca⁺⁺ 0mmol/L; Mg⁺⁺ 1,00 mmol/L; HCO₃⁻ 20mmol/L; CL⁻ 117,7 mmol/L; H₃PO₄ 1,25mmol/L). Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.