

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215000 euro  
na dostawę sprzętu do dializ dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

I. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części 2 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do dializ dokonano wyboru następującego Wykonawcy:

Oferta nr 1, Zadanie nr  
Fresenius Medical Care Polska S.A.  
Ul. Krzywa 13  
60-118 Poznań

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium oceny ofert.

II. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do dializ w części 1 zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust.2 uPzp, ponieważ wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.

Informacja o złożonych ofertach:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1	Fresenius Medical Care Polska S.A. Ul. Krzywa 13 60-118 Poznań – zad.:1,2.

Punktacja ofert [pkt.]:

Oferta nr 1, Zadanie nr 2, Cena 95, Termin ważności produktu 5; Razem 100.

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: BRAK

Oferta Firmy Fresenius Medical Care Polska S.A. podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wezwał w dniu 27.03.2023 r. Wykonawcę do uzupełnienia opisów bądź folderów, bądź ulotek, bądź kart katalogowych, danych technicznych potwierdzających, że zaoferowany w ofercie asortyment w n/w pozycjach zawiera:

a)poz. II 1. – H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> 0mmol/L

b)poz. II 2. – H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> 1,25 mmol/L

c)poz. II 3. – H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> 0mmol/L

d)poz. II 4. – H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> 1,25mmol/L

ponieważ przesłane dokumenty nie zawierały informacji o H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>.

Zamawiający w dniu 29.03.2023 r. otrzymał pismo, w którym Wykonawca oświadczył, iż w powyższych pozycjach nie zaoferował kwasu fosforowego H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (tak jak wymagał Zamawiający w SWZ, w opisie przedmiotu zamówienia) tylko określony typ roztworów H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> czyli fosforany.