

Toruń, dn. 16 lutego 2022 r.

L.dz. SSM.DZP.200.28.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę fartuchów foliowych.

I. W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 16.02.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby fartuchów posiadających atest PZH?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie

Prosimy o doprecyzowanie grubości fartuchów. Zamawiający opisuje grubość „0,250-0,030”.

Czy Zamawiający dopuści fartuchy grubości 0,03mikrona?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

II. Na podstawie art. 137 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający **modyfikuje treść SWZ** w taki sposób, że:

1) w załączniku nr 1 do SWZ wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	V a t %	Wartość brutto	Podać dane: Producent/ nazwa handlowa/ wszystkie nr-y katalogowe	Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
1	FARTUCH FOLIOWY, DŁUGOŚĆ MIN 180 CM, PRZEZROCZYSTY, ZAKŁADANY PRZEZ GŁOWĘ, WIĄZANY W PASIE, GRUBOŚĆ 0,25 - 0,03 MIKRONA. PAKOWANY W OPAKOWANIE PO 25 SZT. PRÓBKA	Opak.	316						

, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	V a t %	Wartość brutto	Podać dane: Producent/ nazwa handlowa/ wszystkie nr-y katalogowe	Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
1	FARTUCH FOLIOWY Z ATESTEM PZH (DOŁĄCZONY DO OFERTY), DŁUGOŚĆ MIN 180 CM, PRZEZROCZYSTY, ZAKŁADANY PRZEZ GŁOWĘ, WIĄZANY W PASIE, GRUBOŚĆ 0,025-0,03 MIKRONA . PAKOWANY W OPAKOWANIE PO 25 SZT. PRÓBKA opakowania.	Opak.	316						

2) W ust. 17 SWZ „PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

1.W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami opisanymi w SWZ i załącznikach do SWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

- 1) opisów bądź folderów, bądź ulotek, bądź kart katalogowych z opisem produktu oraz wyszczególnieniem numerów katalogowych, a także danych technicznych zgodnie z wymogami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
- 2) próbka odpowiednio do oznaczonej pozycji wyszczególnionej w załączniku nr 1, w celu potwierdzenia zgodności złożonej oferty z wymogami SWZ, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

1.W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami opisanymi w SWZ i załącznikach do SWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

- 1) opisów bądź folderów, bądź ulotek, bądź kart katalogowych z opisem produktu oraz wyszczególnieniem numerów katalogowych, a także danych technicznych zgodnie z wymogami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ;
- 2) próbka odpowiednio do oznaczonej pozycji wyszczególnionej w załączniku nr 1, w celu potwierdzenia zgodności złożonej oferty z wymogami SWZ, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ;
- 3) atest PZH na zaferowany asortyment, w celu potwierdzenia zgodności złożonej oferty z wymogami SWZ, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.