

Toruń, dn. 20 stycznia 2022 r.

L.dz. SSM.DZP.200.2.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym wariant I na dostawę fartuchów foliowych.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 20.01.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach Ok. 68 cm x 108 cm (+/-2 cm), wykonany z folii polietylenowej o grubości około 16 mikronów (+/- 2 mikrony), w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

czy zamawiający dopuści fartuch pakowany po 100 szt.?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 20/01/2022 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania www.med.torun.pl i www.miniportal.uzp.gov.pl