

Toruń, dn. 19 stycznia 2022 r.

L.dz. SSM.DZP.200.2.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym wariant I na dostawę fartuchów foliowych.

I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawców w dniach: 17.01.2022 i 18.01.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

1. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów foliowych niebieskich pakowanych po 100 sztuk w opakowaniu. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie

Prosimy również o sprecyzowanie jakiej ilości fartuchów oczekuje Zamawiający w ramach złożenia próbek.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ: 1 opak.

Pytanie

Zadanie I. Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy o grubości 0,02mm (20µm)?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Zadanie I. Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a'100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów foliowych przednich typu zapaska, kolor biały, rozmiar 75x125 cm, grubość 18 mikronów pakowane po 100 lub 50 szt w opakowaniu?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

II. Na podstawie art. 137 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający **modyfikuje treść SWZ** w taki sposób, że:

1) w załączniku nr 1 do SWZ wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	V a t %	Wartość brutto	Podać dane: Producent/ nazwa handlowa/ wszystkie nr-y katalogowe	Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
-----	-------	------	-------	------------------	---------------	---------	----------------	--	--

1	FARTUCH FOLIOWY, DŁUGOŚĆ MIN 180 CM, PRZEZROCZYSTY, ZAKŁADANY PRZEZ GŁOWĘ, WIAZANY W PASIE, GRUBOŚĆ 0,25 -0,03 MIKRONA. PAKOWANY W OPAKOWANIE PO 25SZT. PRÓBKA	Opak.	316						
---	--	-------	-----	--	--	--	--	--	--

, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	V a t %	Wartość brutto	Podać dane: Producent/ nazwa handlowa/ wszystkie nr-y katalogowe	Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
1	FARTUCH FOLIOWY (z atetem PZH - dołączony do oferty), DŁUGOŚĆ MIN 180 CM, PRZEZROCZYSTY, ZAKŁADANY PRZEZ GŁOWĘ, WIAZANY W PASIE, GRUBOŚĆ 0,03 MM . PAKOWANY W OPAKOWANIE PO 25SZT. PRÓBKA	Opak.	316						

”;

2) W rozdziale IX Dokumenty i oświadczenia, jakich wymaga Zamawiający w ust.7 SWZ „PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE”_wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

1.W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami opisanymi w SWZ i załącznikach do SWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

- 1) opisów bądź folderów, bądź ulotek, bądź kart katalogowych z opisem produktu oraz wyszczególnieniem numerów katalogowych, a także danych technicznych zgodnie z wymogami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
- 2) próbka odpowiednio do oznaczonej pozycji wyszczególnionej w załączniku nr 1 po 1 opakowaniu, w celu potwierdzenia zgodności złożonej oferty z wymogami SWZ, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:

„PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

1.W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami opisanymi w SWZ i załącznikach do SWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

- 1) opisów bądź folderów, bądź ulotek, bądź kart katalogowych z opisem produktu oraz wyszczególnieniem numerów katalogowych, a także danych technicznych zgodnie z wymogami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
- 2) próbka odpowiednio do oznaczonej pozycji wyszczególnionej w załączniku nr 1 po 1 opakowaniu, w celu potwierdzenia zgodności złożonej oferty z wymogami SWZ, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
- 3) Atest PZH na zaoferowany asortyment.

3) w Rozdziale IV – „Informacje podstawowe”, w ust. 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „22.02.2022 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„23.02.2022 r.”**,

4) w Rozdziale XVIII – „Miejsce oraz termin składania ofert” w ust. 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „24.01.2022 r. do godz. 8:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„25.01.2022 r. o godz. 08:00”**,

5) w Rozdziale XVIII – „Miejsce oraz termin składania ofert” w ust. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „24.01.2022 r. o godz. 09:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„25.01.2022 r. o godz. 09:00”**,

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.