

L.dz. SSM.DZP.200.30.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę narzędzi chirurgicznych.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 24.02.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Część 1 – Zestaw narzędzi chirurgicznych.

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie haka o wym. 160x38 mm.

Lp.2 Prosimy o dopuszczenie haka o wym. 160x57 mm.

Lp.6 Prosimy o dopuszczenie haka o wym. 13x30 i 13x34 oraz 13x30 i 10x26 mm.

Lp.7 Prosimy o dopuszczenie haka o wym. 38x38 mm.

Lp.18 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 260 mm.

Lp.27 Prosimy o dopuszczenie naczynia o wym. 110x55 mm, pojemność bez zmian.

Lp.28 Prosimy o dopuszczenie naczynia o wym. 150x75 mm, pojemność bez zmian.

Lp.29 Prosimy o dopuszczenie imadła typu Crile-Wood (DeBakey), o dł. 200 mm.

Lp.44 Prosimy o dopuszczenie kosza drucianego o wym. 510x255x70 mm.

Lp.45 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców lub prosimy o dopuszczenie maty z jeżem o wym. 545x262 mm.

Lp. 46 i 47 Prosimy o możliwość zaoferowania wanny oraz pokrywy jako kompletnego kontenera w jednej pozycji. Kontener o wym. 590x290x170 mm, pokrywa cała aluminiowa z filtrem labiryntowym.

Część 3 – Zestaw narzędzi ortopedycznych.

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie haczyka Graefe o dł. 140 mm.

Lp.8 Prosimy o dopuszczenie haczyka wym. 9x14 mm.

Lp.9 Prosimy o dopuszczenie haczyka wym. 9x14 mm.

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie haka o wym. 13x30 i 13x34 oraz 13x30 i 10x26 mm.

Lp.12 Prosimy o dopuszczenie dźwigni o szer. 16 mm.

Lp.20 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 130 mm.

Lp.24 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Rankin Crile.

Lp.25 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Coller-Crile.

Lp.29 Prosimy o dopuszczenie igłotrzymacza Wright(Derf) o dł. 125 mm.

Lp.32 Prosimy o dopuszczenie nożyczek standardowych.

Lp.39 Prosimy o dopuszczenie pęsety Blank o dł. 145 mm.

Lp.45 Prosimy o dopuszczenie raspatora Obwegeser-Freer o dł. 210 mm.

Lp.46 Prosimy o dopuszczenie elewatora o szer. 5 mm.

Lp.47 Prosimy o dopuszczenie raspatora Freer-Scheer, szer. 3,5/3,5 mm, dł. 190 mm.

Lp.52 Raszpla o dł. 170 mm.

Lp.53 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 150 lub 215 mm do drutu twardego ośr. 1,5 mm, miękkiego o śr. 2 mm.

- Lp.56 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza Beyer o dł. 180 mm.  
 Lp.57 Prosimy o dopuszczenie młotka o dł. 210 mm wadze całkowitej 200g, śr. 26 mm.  
 Lp.61 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 140 mm.  
 Lp.62,63,64,65,66 Prosimy o dopuszczenie dłuta o dł. 130 mm.  
 Lp.74 Prosimy o dopuszczeni dźwigni Yankauer o dł. 180 m.  
 Lp.75 Prosimy o dopuszczenie wiertła o dł. 160 mm.  
 Lp.76 Prosimy o dopuszczenie naczynia o wym. 110x55 mm, pojemność bez zmian.  
 Lp.80 Prosimy o dopuszczenie kosza drucianego o wym. 480 x255x100 mm.  
 Lp.81 Prosimy o dopuszczenie maty o wym. 460x240 mm.  
 Lp.82 i 83 Prosimy o możliwość zaoferowania wanny oraz pokrywy jako kompletnego kontenera w jednej pozycji. Kontener o wym. 590x290x170 mm, pokrywa cała aluminiowa z filtrem labiryntowym.  
 Lp.84 Prosimy o dopuszczenie podważki o dł. 167 mm.  
 Odpowiedź na pytanie nr 1 dla części I – Zestaw narzędzi chirurgicznych. i Części III – Zestaw narzędzi ortopedycznych.  
 Patrz modyfikacja SWZ.

## Pytanie 2

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 60 od chwili złożenia zamówienia  
 Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny , a także z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 oraz wejściem w życie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych w całej Unii Europejskiej.


Odpowiedź na pytanie nr 2





Zgodnie z SWZ.





W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 25.02.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.





Poniżej pytania do przedmiotowego postępowania w zakresie części nr 1 i 3.  
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzia alternatywne jak niżej?

### Część 1 – Zestaw narzędzi chirurgicznych



L. p.	Propozycje	Zdjęcie poglądowe
1	Hak typu KELLY dł. 270 mm końcówka 190x38 mm	 <p>KELLY          270 mm (10 1/2")          07-223 190 x 38 mm          07-224 190 x 57 mm</p>





2	Hak typu KELLY dł. 270 mm końcówka 190x38 mm	 <p><b>KELLY</b> 270 mm (10 1/2") 07-223 190 x 38 mm 07-224 190 x 57 mm</p>
3	Hak typu MIKULICZ dł. 260 mm końcówka 120x50 mm	 <p><b>MIKULICZ</b> 260 mm (10 1/4") 07-226 95 x 50 mm 07-227 120 x 50 mm 07-228 150 x 50 mm</p>
4	Hak typu KOCHER-LANGENBECK dł. 215 mm końcówka 40x11 mm	 <p><b>KOCHER-LANGENBECK</b> 215 mm (8 1/2")</p> <p>07-173 40 x 11 mm 1/1</p>
6	Hak typu FARABEUF dł. 130 mm końcówka 22x10 / 28 x 12 mm	 <p><b>FARABEUF</b></p>



7	<p>Hak typu RICHARDSON dł. 235 mm końcówka 38 x 38 mm szeroka</p>	
8	<p>Kleszczyki naczyniowe typu OVERHOLT-GEISSENDOERFER 210 mm odgięte Fig. 1</p>	 <p>OVERHOLT- GEISSENDOERFER</p>
11	<p>Kleszczyki typu MIXTER dł 260 mm, odgięte</p>	
12	<p>Kleszczyki naczyniowe typu OVERHOLT odgięte (S-kształt), dł. 215 mm</p>	

12	Kleszczyki naczyniowe typu OVERHOLT-GEISSENDOERFER odgięte, dł. 210 mm	 <p>OVERHOLT- GEISSENDOERFER</p>
17	Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER / PEAN 220 mm proste	 <p>ROCHESTER-PEAN</p>
19	Nożyczki preparacyjne NELSON-METZENBAUM, końce tępo-tępe, odgięte dł. 300 mm	
20	Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM 180 mm odgięte końce tępe	

27	Kubek z uszkiem i podziałką 0,5 L	
----	-----------------------------------	--

28	Kubek z uszkiem i podziałką 1 L	
29	Iglotrzymacz typu MAYO-HEGAR dł. 203 mm prosty z tw. wkładką	

30	Igfotrzymacz typu DE BAKEY dł. 165 mm prosty z tw. wkładką	 A pair of surgical forceps with long, straight handles and yellow-colored finger loops. The tips are pointed and slightly curved.
31	Igfotrzymacz typu MAYO- HEGAR dł. 300 mm prosty z tw. wkładką	 A pair of surgical forceps with long, straight handles and yellow-colored finger loops. The tips are pointed and slightly curved.
32	Igfotrzymacz typu MASSON dł. 267 mm prosty z tw. wkładką	 A pair of surgical forceps with long, straight handles and yellow-colored finger loops. The tips are pointed and slightly curved.
33	Igfotrzymacz typu MASSON dł. 270 mm prosty	 A pair of surgical forceps with long, straight handles and silver-colored finger loops. The tips are pointed and slightly curved.

44	Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 540x253x80mm	
45	Mata silikonowa perforowana bez żeża o wymiarach 534 x 247 mm	





46	Pokrywa 11 585 X 285 filtr 53.02 (teflonowy, pow. 5600 cykli())	
47	Wanna w rozmiarze 1/1 600 X 272 X 138 MM, znacznik czerwony aluminiowy	


### **Cześć 3**


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzia alternatywne jak niżej?


L. p.	Propozycje	Zdjęcie poglądowe
-------	------------	-------------------










1	<p>Haczyk typu LUCAE jednozębny dł. 140 mm z kulką A</p>	
3	<p>Haczyk delikatny jednozębny tępy dł. 165 mm</p>	
4	<p>Haczyk delikatny dwuzębny <b>tępy</b> dł. 165 mm</p>	
5	<p>Haczyk delikatny dwuzębny <b>ostry</b> dł. 165 mm</p>	




6	<p>Haczyk delikatny trzyzębny tępy dł. 165 mm</p>	
---	---	--




8	<p>Hak typu VOLKMAN dł. 220 mm tępy czterozębny końcówka 9 x 19</p>	
---	---	---




9	<p>Hak typu VOLKMAN dł. 220 mm ostry czterozębny końcówka 9 x 19</p>	
---	--	--





10	Hak typu FARABEUF dł. 130 mm końcówka 25x10 / 32 x 12 mm	
11	Haczyk operacyjny typ LANGENBECK-MANNERFELT MODYFIKOWANY, wymiary 15x6 mm, uchwyt trójkątny, dł. 155 mm	
16	Sonda typu PROBE dł. 160 mm podwójnie zakończona, końcówka $\varnothing$ 2 mm	
17	Kleszczyki do serwet typu BERNHARD 165 mm	

<p>19</p>	<p>Hak typu COTTLE dł 150 mm końcówka 10 x 12 mm</p>	
<p>20</p>	<p>Kleszczyki typu BRAND dł. 150 mm</p>	
<p>21</p>	<p>Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER-OCHSNER 220 mm proste</p>	 <p><b>04-589</b> 145 mm (5 3/4") odgięte / gebogen / curved</p>





22	Kleszczyki typu GROSS-MAIER dł. 270 mm proste	
23	Kleszczyki typu GROSS-MAIER dł. 270 mm odgięte	
26	Kleszczyki naczyniowe typu SAROT 250 mm proste	





28	Kleszczyki jelitowe typu ALLIS dł. 150 mm 5 x 6 zębki	
29	Igotrzymacz typu MAYO-HEGAR dł. 152 mm prosty	
30	Igotrzymacz typu JACOBSON dł. 180 mm prosty, gładki z tw. wkładką	





31	Nożyczki chirurgiczne typu METZENBAUM dł. 180 mm odgięte końce tępe	 A pair of Metzenbaum surgical scissors, featuring long, thin blades with curved tips and two circular handles.
36	Kleszczyki do serwet typu BACKHAUS 130 mm	 A pair of Backhaus towel forceps, characterized by long, curved blades with serrated inner surfaces and two circular handles.
41	Trzonek do noży wymiennych dł. 120 mm nr. 3	 A long, slender surgical handle with a textured grip and a small hook at the top, used for holding surgical blades.





43	Skrobaczka kostna typu LAMBOTTE dł. 210 mm prosta końcówka dł. 5 mm	
44	Skrobaczka kostna typu LAMBOTTE dł. 210 mm prosta końcówka dł. 10 mm	
45	Raspator typu FREER dł. 185 mm podwójny; odgięty	
46	Raspator typu FREER dł. 175 mm końcówka 4,0 mm podwójny; odgięty	











52	Skrobaczka kostna, z pilnikiem, prosta, dł. 220 mm	
53	Nożyce do cięcia drutu Kirchnera typu WIRE CUTTERS dł. 180 mm do 2,5 mm	
54	Nożyce do drutu dł. 170 mm	
55	Odgryzacz kostny typu RUSKIN-MINI dł 150 mm 18 x 5 mm odgięty	





56	<p>Odgryzacz kostny typu MAYFIELD dł. 170 mm 17 x 3 mm odgięty</p>	
57	<p>Młotek typu HAJEK dł. 222 mm końcówka 27 mm, 140 g</p>	
58	<p>Rozwieracz typu WEITLANER dł. 130 mm 3x4 zęby tępy końcówka 18,5x18,5 mm typ B</p>	
59	<p>Rozwieracz typu WEITLANER dł. 130 mm 3x4 zęby ostry końcówka 18,5x18,5 mm typ B</p>	


61	Kleszcze typu LISTON dł. 140 mm odgięte	
62	Dłuto typu ALEXANDER dł. 180 mm końcówka dł. 4 mm	
63	Dłuto typu ALEXANDER dł. 180 mm końcówka dł. 6 mm	
64	Dłuto typu ALEXANDER dł. 180 mm końcówka dł. 8 mm	

65	Dłuto typu ALEXANDER dł. 180 mm końcówka dł. 10 mm	
66	Dłuto typu ALEXANDER dł. 180 mm końcówka dł. 12 mm	
67	Dłuto typu ALEXANDER dł. 170 mm końcówka dł. 4 mm	
68	Kleszczyki typu DINGMANN dł. 180 mm	

69	Osteotom typu MINI-LAMBOTTE dł. 170 mm końcówka dł. 4 mm	
70	Osteotom typu MINI-LAMBOTTE dł. 170 mm końcówka dł. 6 mm	
71	Osteotom typu MINI-LAMBOTTE dł. 170 mm końcówka dł. 8 mm	
72	Osteotom typu MINI-LAMBOTTE dł. 170 mm końcówka dł. 10 mm	

73	Osteotom typu MINI-LAMBOTTE dł. 170 mm końcówka dł. 12 mm	
74	Podważka kostna typu QUERVAIN szer. 6 mm, dł. 200 mm	
75	Wiertło o średnicy $\varnothing$ 2,0 mm	
76	Miska typu GALIPOT $\varnothing$ 105 x 60 mm wysoka, poj. 0,35 L	

79	<p>Pobijak kostny do pobijania młotkiem, dł. 210 mm, część robocza okrągła z nacięciami krzyżowymi, śr. 3 mm, niebieski uchwyt z tworzywa RADEL</p>	
80	<p>Kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 405 x 253 x 110 MM</p>	
81	<p>Silikonowa perforowana mata peczkowata o wymiarach 395 x 245 MM</p>	
82	<p>Wanna do kontenera 475 X 272 X 138 MM</p>	

83	Pokrywa kontenera o wymiarach 460 X 285 MM	
----	--	--

Odpowiedź na pytanie  
Patrz modyfikacja SWZ.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 24.02.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie

Cz. 1, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak wym. 160 x 38 mm, pozostałe parametry bez zmian.

• Cz. 1, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak wym. 160 x 57 mm, pozostałe parametry bez zmian.

• Cz. 1, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak dł. 260 mm, pozostałe parametry bez zmian.

• Cz. 1, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak wym. 40 x 13 mm, pozostałe parametry bez zmian.

• Cz. 1, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak wym. 60 x 13 mm, pozostałe parametry bez zmian.

• Cz. 1, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

• Cz. 1, poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak wym. 36 x 28 mm, pozostałe parametry bez zmian.

• Cz. 1, poz. 16-17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna PEAN, pozostałe parametry bez zmian.

• Cz. 1, poz. 18-19: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna METZENBAUM, pozostałe parametry bez zmian.

• Cz. 1, poz. 28: Czy Zamawiający wyraża zgodę na naczynie laboratoryjne wym. 150 x 100 x 70 mm, pozostałe parametry bez zmian.

• Cz. 1, poz. 29: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło nazwa własna HEGAR MAYO, pozostałe parametry bez zmian.

• Cz. 1, poz. 44: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz wym. 535 x 250 x 70 mm, pozostałe parametry bez zmian.

• Cz. 1, poz. 47: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz wym. 585 x 278 x 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie  
Patrz modyfikacja SWZ.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 25.02.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.



## Pytanie

### Część 1

Dot. pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści hak brzuszny Hosel, łopatką "rynienkowa" 120x30 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 26 cm?

Dot. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści hak brzuszny Hosel, łopatką "rynienkowa" 140x40 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 26 cm?

Dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści hak wątrobowo-brzuszny Mikulicz, łopatką wygiętą 125x50 mm, rękojeść płaska ażur?

Dot. pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści hak Kocher-Langenbeck, łopatką 40x11 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm?

Dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 26x10mm/ 30x13mm, fig. 2 łopatki: 30x10mm/34x13mm, dł. 12 cm?

Dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści hak Richardson, łopatką "siodłowa" 38x40 mm?

Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści kleszcze preparacyjne i do ligatury Overholt-Fino, delikatne zagięte, dł. 22 cm?

Dot. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści kleszcze naczyniowe Mixer-Baby, delikatne, zagięte, dł. 18,5 cm?

Dot. pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści kleszcze naczyniowe Mixer-Baby, delikatne, zagięte, dł. 18,5 cm?

Dot. pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści kleszcze naczyniowe Mixer, zagięte 90°, dł. 26 cm?

Dot. pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści kleszcze preparacyjne i do ligatury Overholt-Fino, delikatne zagięte, dł. 22,5 cm?

Dot. pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści kleszcze naczyniowe Crile, zagięte, dł. 14,5 cm?

Dot. pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 24 cm?

Dot. pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści klem naczyniowy atraumatyczny DeBakey, zagięty 60°, rękojeści wygięte, dł. 21 cm?

Dot. pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 24 cm?

Dot. pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 22,5 cm?

Dot. pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 26 cm?

Dot. pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 31 cm?

Dot. pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści nożyczki do chirurgii serca i naczyń Potts-Smith, ostrza kątowe 25°, ostrza 20 mm, końce ostre, dł. 19 cm?

Dot. pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum-Fino, delikatne, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm?

Dot. pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści nożyczki Lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką zagięte, dł. 18,5 cm?

Dot. pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści klem atraumatyczny Guyon, do szypuły nerki, mocno zagięte, dł. 23 cm?

Dot. pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści rozwieracz samotrzymający do ran Weitlaner, tępy, 3x4 z., dł. 13,5 cm?

Dot. pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 128x55 mm, 350 ccm?

Dot. pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 167x75 mm, 900 ccm/

Dot. pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm?

Dot. pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 18 cm?

Dot. pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil /Standard, dł. 30 cm?

Dot. pkt. 32

Czy Zamawiający dopuści Imadło do igieł utwardz. Masson, Normalprofil / Standard, dł. 26,5 cm?

Dot. pkt. 33

Czy Zamawiający dopuści Imadło do igieł Masson, proste, ciężki model, dł. 26,5 cm?

Dot. pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm?

Dot. pkt. 40

Czy Zamawiający dopuści trzonek Nr 3L długi, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść, prosta, masywna z bruzdowaniem; dł. 21,5 cm/

Dot. pkt. 41

Czy Zamawiający dopuści trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm?

Dot. pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm?

Dot. pkt. 43

Czy Zamawiający dopuści łopatką brzuszna Kuemmel szer 45 mm, dł. 31 mm/

Dot. pkt. 44

Czy Zamawiający dopuści kosz stalowy perforowany (wraz z nóżkami) o wymiarach 532x251x64 mm?

Dot. pkt. 45

Czy Zamawiający matę silikonową perforowaną bez jeża o wymiarach 520 x 250 mm?

Dot. pkt. 46-47

Czy Zamawiający wymaga zmiany parametrów na kontener sterylizacyjny bez filtrowy pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania? Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor ręczki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika: 272x553x143 mm ± 3 mm.

W przypadku braku wymogu, prosimy o dopuszczenie w/w rozwiązania.

### **Część 3**

Dot. pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści haczyk chirurgiczny ostry Cottle, fig. 3, 4,2 mm, 160°, dł. 14,5 cm?

Dot. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści haczyk Joseph, do błony śluzowej ostrej, 160°, 6,2 mm, dł. 15,5 cm?

Dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści haczyk do ran delikatny O'Connor, 1-zębny, ostry, 16 cm?  
Dot. pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści haczyk do ran tępy 2 z., dł. 16,5 cm?  
Dot. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści haczyk do ran ostry 2 z., dł. 16,5 cm?  
Dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści haczyk do ran tępy 3 z., dł. 16,5 cm?  
Dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści haczyk do ran ostry 3 z., dł. 16,5 cm  
Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści haczyk do ran tępy 4 z., dł. 16,5 cm?  
Dot. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści haczyk do ran ostry 4 z., dł. 16,5 cm?  
Dot. pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 26x10mm/ 30x13mm, fig. 2 łopatki: 30x10mm/34x13mm, dł. 12 cm?  
Dot. pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier do opatrunków, proste z zamkiem, dł. 26,5 cm?  
Dot. pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 26,5 cm?  
Dot. pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści kleszcze naczyniowe Crille-Rankin, zagięte, dł. 16 cm?  
Dot. pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści kleszcze naczyniowe Crille-Rankin, proste, dł. 16 cm?  
Dot. pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści kleszcze preparacyjne Sarot, proste, dł. 25 cm?  
Dot. pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści kleszcze naczyniowe Crille, 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm?  
Dot. pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści Imadło do igieł utwardz. Halsey, Miniprofil, dł. 13 cm?  
Dot. pkt. 33

Czy Zamawiający dopuści nożyczki Metzenbaum SuperCut, tępe, pr. dł. 14,5 cm?  
Dot. pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści kleszcze naczyniowe Crille, 1x2 z., zagięte, dł. 14,5 cm?  
Dot. pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 13 cm?  
Dot. pkt. 40

Czy Zamawiający dopuści pęseta anatomiczna Semken, delikatna, z prowadnicą, prosta, dł. 15cm?  
Dot. pkt. 41

Czy Zamawiający dopuści trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12cm?  
Dot. pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści trzonek Nr 3L długi, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść, prosta, masywna z bruzdowaniem; dł. 21,5 cm?  
Dot. pkt. 45

Czy Zamawiający dopuści Instrument do preparacji żyłaków Varady, dwustronny, dł. 18 cm?  
Dot. pkt. 46

Czy Zamawiający dopuści podważka do przegrody nosowej Freer, 5/5 mm, ostro/tępa, dł. 18 cm?  
Dot. pkt. 47

Czy Zamawiający dopuści podważka do przegrody nosowej Freer ostro-tępa, 5mm/5mm, dł. 18 cm?  
Dot. pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści łyżeczka kostna Schede, owalna, fig. 000, 3,5 mm, dł. 17 cm?  
Dot. pkt. 49

Czy Zamawiający dopuści łyżeczka kostna Schede, owalna, fig. 00, 4,0 mm, dł. 17 cm?  
Dot. pkt. 50

Czy Zamawiający dopuści łyżeczka kostna Schede, owalna, fig. 0, 5,0 mm, dł. 17 cm?  
Dot. pkt. 51

Czy Zamawiający dopuści łyżeczka kostna Schede, owalna, fig. 1, 5,5 mm, dł. 17 cm?  
Dot. pkt. 52

Czy Zamawiający dopuści pilnik kostny Joseph, 60x8 mm, dł. 16 cm?  
Dot. pkt. 53

Czy Zamawiający dopuści obcęgi utwardz. Martin "EasyCut" do cięcia drutów, dł. 17 cm?  
Dot. pkt. 54

Czy Zamawiający dopuści ustalacz kostny Frosch, dł.18 cm?  
Dot. pkt. 55

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz kostny dźwigniowy Bohler, zagięty, dł. 15 cm?  
Dot. pkt. 56

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz kostny Mayfield, zagięty, dł. 18 cm?  
Dot. pkt. 57

Czy Zamawiający dopuści młotek kostny Williger, Ø 26 mm/275 g, dł. 24 cm?  
Dot. pkt. 58

Czy Zamawiający dopuści rozwieracz samotrzymający do ran Weitlaner, tępy, 3x4 z., dł. 16 cm?  
Dot. pkt. 59

Czy Zamawiający dopuści rozwieracz samotrzymający do ran Weitlaner, ostry, 3x4 z., dł. 16 cm?  
Dot. pkt. 60

Czy Zamawiający dopuści kleszcze kostne dwudźwigniowe Ruskin-Liston, zagięte, dł. 18,5 cm?  
Dot. pkt. 61

Czy Zamawiający dopuści nożyce kostne (szczypce boczne-ciążki) Liston, zagięte, dł. 14 cm?  
Dot. pkt. 62

Czy Zamawiający dopuści dłuto kostne Partsch, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 4 mm, dł. 13,5 cm?  
Dot. pkt. 63

Czy Zamawiający dopuści dłuto kostne Partsch, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 6 mm, dł. 13,5 cm?  
Dot. pkt. 64

Czy Zamawiający dopuści dłuto kostne, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 8 mm, dł. 13,5 cm?  
Dot. pkt. 65

Czy Zamawiający dopuści dłuto kostne, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 10 mm, dł. 13,5 cm?  
Dot. pkt. 66

Czy Zamawiający dopuści dłuto kostne, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 12 mm, dł. 13,5 cm?  
Dot. pkt. 67

Czy Zamawiający dopuści dłuto kostne Partsch, żłobkowe, szer. 4 mm, dł. 13,5 cm?  
Dot. pkt. 68

Czy Zamawiający dopuści kleszcze do łąkotki i chrząstki Dingmann, dł. 18,5 cm?  
Dot. pkt. 69

Czy Zamawiający dopuści dłuto kostne, szer. 4 mm, dł. 17 cm?  
Dot. pkt. 70

Czy Zamawiający dopuści dłuto kostne ostrzenie szpic, szer. 8 mm, dł. 13,5 cm?  
Dot. pkt. 71

Czy Zamawiający dopuści dłuto kostne ostrzenie szpic, szer. 8 mm, dł. 13,5 cm?  
Dot. pkt. 72

Czy Zamawiający dopuści dłuto kostne ostrzenie szpic, szer. 10 mm, dł. 13,5 cm?  
Dot. pkt. 73

Czy Zamawiający dopuści dłuto kostne ostrzenie szpic, szer. 12 mm, dł. 13,5 cm?  
Dot. pkt. 74

Czy Zamawiający dopuści podważka Quervain, 6 mm, dł. 19,5 cm?  
Dot. pkt. 76

Czy Zamawiający dopuści miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 128x55 mm, 350 ccm?  
Dot. pkt. 77

Czy Zamawiający dopuści kubeczek z uszkiem ze stali nierdzewnej, poj. 250 ccm, z podziałką objętości, 18/8, mat?

Dot. pkt. 78

Czy Zamawiający dopuści Igła Brunner do podwiązywania, dł. 30 cm?

Dot. pkt. 79

Czy Zamawiający dopuści ubijak, Ø 3 mm, dł. 15,5 cm?

Dot. pkt. 80

Czy Zamawiający dopuści kosz stalowy perforowany (wraz z nóżkami) o wymiarach 410x251x94 mm?

Dot. pkt. 81

Czy Zamawiający matę silikonową perforowaną bez jeża o wymiarach 400x250 mm?

Dot. pkt. 82-83

Czy Zamawiający wymaga zmiany parametrów na kontener sterylizacyjny bez filtrowy pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania? Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika: 272x448x143 mm mm ± 3 mm.

W przypadku braku wymogu, prosimy o dopuszczenie w/w rozwiązania.

Dot. pkt. 84

Czy Zamawiający dopuści podważkę Zderkiewicza o długości 167mm, promień wygięcia 80mm, jeden koniec w kształcie trójkąta o wymiarach 50x25mm, a drugi koła o śr. 25mm?

Dot. pkt. 85

Czy Zamawiający dopuści kleszcze ze stali nierdzewnej, do odkręcania śrub, dł.18 cm?

Dot. pkt. 86

Czy Zamawiający dopuści kleszcze do chrząstek Bricher-Ganske, zagięte w górę, dł. 20,5 cm?

Dot. pkt. 87

Czy Zamawiający dopuści kleszcze do chrząstek Bricher-Ganske, zagięte w bok, dł. 20 cm?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 24.02.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1 – dotyczące wzoru umowy dostawy:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, żeby kompetencje dotyczące świadczenia usług w zakresie regeneracji instrumentarium chirurgicznego oraz kontenerów sterylizacyjnych zostały potwierdzone stosownym certyfikatem dla jednostki wystawionym przez niezależny podmiot akredytacyjny, zaś autoryzacja udokumentowana stosownym certyfikatem producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczące wzoru umowy dostawy:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, że coroczne przeglądy w zakresie stanu technicznego instrumentarium oraz kontenerów sterylizacyjnych wykonywane będą przez pracowników producenta wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji oraz testów funkcyjnych przewidzianych dla poszczególnych grup zaoferowanych wyrobów?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz modyfikacja SWZ.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 25.02.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1.

Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji istotnych warunków umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1:

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1/ za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wartości brutto **opóźnionej w realizacji przedmiotu umowy**, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej w realizacji przedmiotu umowy**

2/ za zwłokę w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,20% wartości brutto **wadliwej części przedmiotu** umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, usterki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy**

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto **części niewykonanego lub nienależytego przedmiotu umowy**, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz załącznik nr 3 do projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 6 ust 3)

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „...od momentu zawiadomienia go przed na odbiorcę” na „...od dnia uznania reklamacji”

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z SWZ.