

L.dz. SSM.DZP.200.67.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę systemu obsługi pacjenta TOPSOR I.

Na podstawie art. 137 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w załączniku nr 1, w pkt 4.16 – „Kardiomonitor”, „Minimalny zakres monitorowanych parametrów wraz z zakresami:”, w ppkt b) „tętno (HR) z EKG”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

„- zakres pomiarowy (uderzenia/min): 10 – 300 dorośli,

- zakres pomiarowy (uderzenia/min): 10 – 350 dzieci i noworodki”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:

„- **zakres pomiarowy (uderzenia/min): 10 – 300 dorośli lub 15-300 dorośli,**

- **zakres pomiarowy (uderzenia/min): 10 – 350 dzieci i noworodki lub 15-350 dzieci i noworodki”**,

2) w załączniku nr 1, w pkt 4.16 – „Kardiomonitor”, „Minimalny zakres monitorowanych parametrów wraz z zakresami:”, w ppkt e) „ciśnienie krwi (pomiar nieinwazyjny - NIBP) – pomiar ręczny i ciągły”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „- zakres pomiarowy ciśnienia rozkurczowego (mmHg): 10 – 260 dzieci”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „- **zakres pomiarowy ciśnienia rozkurczowego (mmHg): 10 – 260 dzieci lub 10-200 dzieci”**

3) w załączniku nr 1, w pkt 4.16 – „Kardiomonitor”, „Minimalne parametry kardiomonitora”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „l) zgodność z normą IP-67”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**l) zgodność z normą IP-67 lub IPX1”**,

4) w załączniku nr 1, w pkt 4.16 – „Kardiomonitor”, „Minimalne parametry kardiomonitora”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „n) odporność na upadki z wysokości 1 m.,”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**n) odporność na upadki z wysokości: 0,7 - 1 m”**,

5) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert”, w ust.20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „14 kwietnia 2022 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**15 kwietnia 2022 r.”**,

5) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert”, w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „14 kwietnia 2022 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**15 kwietnia 2022 r.”**,

7)w Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „13 maja 2022 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**15 maja 2022 r.**”;

8) w załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy, w **§ 1ust. 1 pkt 3** wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „dostarczenie licencji oprogramowania oraz konfiguracja TOPSOR (zwane dalej: „**Oprogramowanie TOPSOR**”);”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**konfiguracja TOPSOR na podstawie uzyskanej przez Zamawiającego licencji (zwane dalej: „Oprogramowanie TOPSOR**”);

9) w załączniku nr 1, w pkt 3 – „Zakres zamówienia”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

W skład zakresu przedmiotu zamówienia wchodzi minimum następujące elementy:

L.p.	Nazwa	Ilość (szt.)	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat (%)	Wartość brutto	Producent/ model
1	automat biletowy stojący z ekranem dotykowym, drukarką i czytnikiem kodów kreskowych	1					
2	automat biletowy stojący z przyciskami mechanicznymi i drukarką	1					
3	drukarka nabiurkowa do biletów	1					
4	wyświetlacz zbiorczy z ekranem wykonanym w technologii LCD min. 43 cale	1					
5	wyświetlacz stanowiskowy z ekranem wykonanym w technologii LCD min. 21 cali	3					
6	terminal stanowiskowy z ekranem dotykowym wykonanym w technologii LCD min. 7 cali	1					
7	tablet medyczny	1					
8	zestaw nagłaśniający	1					
9	komputer centralny	1					
10	oprogramowanie, licencja oprogramowania i konfiguracja TOPSOR umożliwiające jego administrowanie, zarządzanie treściami wyświetlanymi na ekranach, generowanie raportów i analiz, integrację z systemem segregacji medycznej i kardiomonitarami	1					
11	punkty dostępowe <i>Wi-Fi</i>	3					
12	szkolenie operatorów i administratorów TOPSOR (dla 15 osób)	1					

13	zapewnienie obsługi serwisowej i wsparcia systemu (gwarancja) TOPSOR min. przez 24 miesiące (licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia)	1					
14	licencja na wykorzystanie systemu segregacji medycznej wraz z niezbędnymi narzędziami do jej przeprowadzania	1					
15	szkolenie personelu medycznego z zakresu przeprowadzania segregacji medycznej (dla 5 osób)	1					
16	kardiomonitor	1					
17	oprogramowanie i konfiguracja kardiomonitorów umożliwiające ich integrację z systemem segregacji medycznej i TOPSOR	1					
18	zapewnienie obsługi serwisowej (gwarancyjnej) kardiomonitora min. przez 24 miesiące (licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia)	1					
19	uruchomienie i test poprawności działania	1					
20	Przełącznik dostępowy PoE 10 gigabit Ethernet	1					
21	wykonanie okablowania potrzebnego do instalacji TOPSOR	1					
22	materiały eksploatacyjne – rolki papieru do drukarek pozwalające na wydrukowanie min. 20 000 biletów	(podać ilość) szt./opak.*					
	Ogółem:						

*niepotrzebne skreślić” ,

a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:

W skład zakresu przedmiotu zamówienia wchodzi minimum następujące elementy:

Lp.	Nazwa	Ilość (szt.)	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat (%)	Wartość brutto	Producent/ model
1	automat biletowy stojący z ekranem dotykowym, drukarką i czytnikiem kodów kreskowych	1					
2	automat biletowy stojący z przyciskami mechanicznymi i drukarką	1					
3	drukarka nabiurkowa do biletów	1					

4	wyświetlacz zbiorczy z ekranem wykonanym w technologii LCD min. 43 cale	1					
5	wyświetlacz stanowiskowy z ekranem wykonanym w technologii LCD min. 21 cali	3					
6	terminal stanowiskowy z ekranem dotykowym wykonanym w technologii LCD min. 7 cali	1					
7	tablet medyczny	1					
8	zestaw nagłaśniający	1					
9	komputer centralny	1					
10	Konfiguracja TOPSOR umożliwiająca jego administrowanie, zarządzanie treściami wyświetlanymi na ekranach, generowanie raportów i analiz, integrację z systemem segregacji medycznej i kardiomonitorem	1					
11	punkty dostępne <i>Wi-Fi</i>	3					
12	szkolenie operatorów i administratorów TOPSOR (dla 15 osób)	1					
13	zapewnienie obsługi serwisowej i wsparcia systemu (gwarancja) TOPSOR min. przez 24 miesiące (licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia)	1					
14	licencja na wykorzystanie systemu segregacji medycznej wraz z niezbędnymi narzędziami do jej przeprowadzania	1					
15	szkolenie personelu medycznego z zakresu przeprowadzania segregacji medycznej (dla 5 osób)	1					
16	kardiomonitor	1					
17	oprogramowanie i konfiguracja kardiomonitorów umożliwiające ich integrację z systemem segregacji medycznej i TOPSOR	1					
18	zapewnienie obsługi serwisowej (gwarancyjnej) kardiomonitora min. przez 24 miesiące (licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia)	1					
19	uruchomienie i test poprawności działania	1					
20	Przełącznik dostępowy PoE 10	1					

	gigabit Ethernet						
21	wykonanie okablowania potrzebnego do instalacji TOPSOR	1					
22	materiały eksploatacyjne – rolki papieru do drukarek pozwalające na wydrukowanie min. 20 000 biletów	(podać ilość) szt./opak.*					
	Ogółem:						

*niepotrzebne skreślić”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.