

Toruń, dn. 30 maja 2022 r.

L.dz. SSM.DZP.200.92.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę systemu do odsysania wydzielin.

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 27.05.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Zadanie 1 - pozycja 1A i 1B

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Zbiornik do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku o pojemności 1,5L lub 2,5L wykonany z PC, posiadający zaczep do zawieszenia do ssaka i drenu pacjenta. Zapewnia łatwy sposób montażu i wymiany wkładów jednorazowych. Zbiornik posiada blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem się z uchwytu w czasie wymiany wkładów, dzięki czemu wkład możemy wymienić jedną ręką. Zbiorniki podobnie jak wkłady są kodowane kolorem, co ułatwia rozpoznanie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu. Zbiornik przystosowany jest do mycia mechanicznego, dezynfekcji w ogólnie dostępnych środkach dezynfekcyjnych (również w myjko-dezynfektorach) oraz sterylizacji niskotemperaturowej (w tlenku etylenu i plazmie). Tworzywa jest nietłukące i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Zadanie 1 - pozycja 2A i 2B

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Wkład jednorazowy z żelem. Wkład jednorazowy na wydzielinę, o poj. 1,5L lub 2,5 L z substancją żelującą kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzielinę do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Zadanie 1 - pozycja 3 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Łączniki proste i kątowe wielorazowe do drenów i zbiorników przystosowane do dezynfekcji i sterylizacji (również w autoklawie). Łączniki proste i kątowe do drenów i pokryw.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Zadanie 1 - pozycja 4

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Uchwyt uniwersalny umożliwiający z mocowanie zbiornika na szynę przyścienną, szynę wózka lub kolumny anestezjologicznej. Uchwyt

uniwersalny zapewnia szybkie, pewne zamocowanie zbiorników i innych akcesoriów do szyn o różnych wymiarach lub do wyboru przez zamawiającego. Uchwyt ścienny umożliwiający zamocowanie zbiornika na ścianie, w zestawie znajdują się wkręty do ściany. Uchwyt ścienny, pojedynczy, do zamocowania zbiorników, z wkrętami do przymocowania do ściany.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Zadanie 1 - pozycja 5 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o odstąpienie od wymogu: Posiadania w drenie kapturka zabezpieczającego. Posiadania w łączniku żeńskim wewnętrznych elastycznych pierścieni uszczelniających

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Zadanie 1 - pozycja 5 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Średnica zewnętrzna drenu CH25 lub CH30

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść swz w taki sposób, że:

1) w Rozdziale 21 – „Termin związania” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej

treści: „02.07.2022 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:

„05.07.2022 r.”,

2) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust. 20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „03.06.2022 r. do godz. 8:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „06.06.2022 r. o godz. 08:00”,

3) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust. 20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „03.06.2022 r. o godz. 08:45”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „06.06.2022 r. o godz. 08:45”,

4) do tabeli na pierwsze stronie SWZ wprowadza się nowe zapisy o następującej treści:

„ <http://bip.med.torun.pl/index.php?id=240&p=9991> oraz

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8e352b3a-6d3e-4290-9358-904672216044> .”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.