

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (wariant I)  
o wartości poniżej 215000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Elektrofizjologii  
dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu  
– dotyczy zadania nr 2 i zadania nr 5.

DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCEGO WYKONAWCY:

Zadanie nr 5, Oferta nr 2  
Hagmed Sp. z o.o. sp.k.  
Ul. Tomaszowska 32  
96-200 Rawa Mazowiecka

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, w zadaniu nr 2 unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 1 x użytku do Pracowni Elektrofizjologii na podstawie art. 255 ust.2 uPzp, ponieważ wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.

Informacja o złożonych ofertach:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1	Abbott Medical Sp. z o.o. Ul. Postępu 21 B 02-676 Warszawa – zad.:2,5	2	Hagmed Sp. z o.o. sp.k. Ul. Tomaszowska 32 96-200 Rawa Mazowiecka – zad.5

Punktacja ofert:

Oferta nr 2, Zadanie nr 5  
Cena 95, Termin dostawy 5, Razem 100

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Oferta Firmy Abbott Medical Sp. z o.o. w zadaniu nr 2 podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. w niżej wymienionym zakresie:

1).w poz.4

a) Zamawiający wymagał średnicy koszulki 8-9F, a zaoferowany asortyment przez Wykonawcę o numerze katalogowym 407438 odpowiada średnicy koszulki 10F.

b) Zamawiający wymagał średnicy koszulki 8-9F, a zaoferowany asortyment przez Wykonawcę o numerach katalogowych 406968, 406969 odpowiadają średnicy 10F

2).w poz.5

a) Wykonawca zaoferował asortyment o numerach katalogowych: G408318, G408319, które mają długość użytkową 61 cm, natomiast zamawiający wymagał długość użytkową introduktorów powyżej 70cm.

b) Wykonawca zaoferował asortyment o numerach katalogowych: 406309, 408310, G408324 o długości 98cm, natomiast Zamawiający wymagał ~rozszerzacza dostosowanego do użycia z igłą BRKB o długości 89 cm

c) Wykonawca zaoferował asortyment o numerze katalogowym: numeru G408333 o długości użytkowej 40 cm, natomiast Zamawiający wymagał długości użytkowej powyżej 70cm.

3).w poz.7.

a) Wykonawca zaoferował asortyment o numerach katalogowych: 81530, 81531, 81532, 81534, 81537 o średnicy 4F, natomiast Zamawiający wymagał asortymentu o średnicy 5-7F.

4).w poz. 10

a) Wykonawca zaoferował asortyment o numerach katalogowych 83352, 83353, 83354, 83361 tj. ~krzywizny sterowane, jednokierunkowe, natomiast Zamawiający wymagał ~krzywizn sterowanych, dwukierunkowych.

b) Wykonawca zaoferował asortyment o numerach katalogowych: A701124, A701125, A701127, A701128, A701129, A701157, A701158, A701159, o średnicy 8F, natomiast Zamawiający wymagał asortymentu o średnicy 7F.

5).w poz.11

a) Wykonawca zaoferował asortyment o numerach katalogowych: 83352, 83353, 83354, 83361 tj. ~krzywizny sterowane jednokierunkowe, natomiast Zamawiający wymagał ~krzywizn sterowanych, dwukierunkowych.

b) Wykonawca zaoferował asortyment o numerach katalogowych: A701124, A701125, A701127, A701128, A701129, A701157, A701158, A701159 – o średnicy 4F, natomiast Zamawiający wymagał asortymentu o średnicy 7F.

6).w. poz.13

a) Wykonawca zaoferował asortyment o numerze katalogowym 85713 do generatora Stockert, natomiast Zamawiający wymagał asortymentu do generatora RF St. Jude.

Oferta Firmy Abbott Medical Sp. z o.o. w zadaniu nr 5 podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia w niżej wymienionym zakresie:

1).w poz.1. Wykonawca zaoferował asortyment o numerach 401891, 401890, 401892, które oferują bieguny 5-5-5, 2-2-2, natomiast Zamawiający wymagał 2-5-2 do 2-10-2

2).w poz.2. Wykonawca zaoferował asortyment o numerze 4401399, który oferują bieguny 5-5-5, natomiast Zamawiający wymagał biegunów 2-5-2 do 2-10-2.

3).w poz.3 Wykonawca zaoferował numer 4401399, 401934, który oferują odległości biegunów 5-5-5, natomiast Zamawiający wymagał odległości biegunów 2-5-2 do 2-10-2

4).w poz.4 Wykonawca zaoferował numery 81530, 81531, 81532, 81534, 81537, które dotyczą średnicy 4F, natomiast zamawiający wymagał średnicy elektrod w zakresie co najmniej 5-7F. Poza tym Wykonawca zaoferował asortyment o numerach 81537, które oferują ~długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 60 cm, natomiast Zamawiający wymagał długości części wprowadzanej w zakresie 90-120cm. Nadto Wykonawca zaoferował rozstaw elektrod oferują 25, natomiast Zamawiający wymagał biegunów z rozstawem: 2, 5, od 2-5-2 do 2-10-2.

Dnia 15.07.2022 r. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania