

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
o poniżej 215000 euro w zadaniu nr 1 na dostawę sterylnej wody apirogennej z osprzętem do terapii tlenowej oraz
regulatorów próżni dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. M. Kopernika w Toruniu.

Dokonano wyboru następującego Wykonawcy:

Zadanie nr 1
Oferta nr 1
Skamex Sp. z o.o.
Ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zadania unieważnione:

Przedmiotowe postępowanie w zadaniu nr 2 w trybie podstawowym zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust.1, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Brak ofert.

Informacja o złożonych ofertach:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1	Skamex Sp. z o.o. Ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź – zad.1
2	Anmar Sp. z o.o. sp. k. Ul. Strefowa 22 43-100 Tychy – zad.1

Punktacja ofert:

Oferta nr 1, Zadanie nr 1, Cena 95, Termin dostawy 5, Razem 100

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Oferta Firmy Anmar Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Tychach w zadaniu nr 1 podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ w pozycji nr 2 wymagał dozownika do odpowiednich punktów poboru gazów medycznych typu AGA, (panelach nadłożkowych, kolumnach anestezjologicznych itp) oraz typu DIN (montowanych bezpośrednio w ścianie, panelach nadłożkowych, kolumnach anestezjologicznych itp., którego nie zaoferował w złożonej ofercie Wykonawca.

Dnia 27/06/2022 r. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania