

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do infuzji.

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 02.06.2022 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 7. Prosimy o wyłączenie pozycji 5 z pakietu 7, gdyż producent setów wycofał niektóre sety infuzyjne z portfolio, między innymi krótkie 75 cm przedłużki setów z pozycji piątej.

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść swz w taki sposób, że w załączniku nr 1 do SWZ w zadaniu nr 7 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „,

Lp1.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	PODAĆ: 1.NAZWĘ PRODUCENTA 2. NAZWA HANDLOWA 3. WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE	KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE Z REGULAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU U PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PROSZĘ WPISAĆ JEŚLI DOTYCZY	Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
1	ZESTAW UNIWERSALNY AP404 DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH PRZY UŻYCIU POMPY SAPHIRE QCORE (DO PODAŻY Z WORKÓW) LUB RÓWNOWAŻNY ZESTAW UNIWERSALNY DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH PRZY UŻYCIU POMPY SAPHIRE QCORE (DO PODAŻY Z WORKÓW), Z IGLICĄ BEZ ODPOWIETRZNIKA (DO WORKÓW) O DŁUGOŚCI 210 CM, Z IGLICĄ BEZ WENTYLOWANIA, WYKONANY Z PVC, ŚREDNICA DRENU 3 X 4,1 MM, Z ZACISKIEM PRZEPEŁYWU I PORTEM Y DO IGLY OK.20 CM OD KOŃCA DRENU , POJEMNOŚĆ ZESTAWU OK. 20 ML, KOŃCÓWKA MĘSKA LUER LOCK, STERYLNY, JEDNORAZOWY, NIEPIROGENNY, NIEZAWIERAJĄCY LATEKSU I DEHP	ZESTAW	400							
2	ZESTAW UNIWERSALNY AP406 DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH PRZY UŻYCIU POMPY SAPHIRE QCORE (DO PODAŻY Z BUTELEK) LUB RÓWNOWAŻNY ZESTAW UNIWERSALNY DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH PRZY UŻYCIU POMPY SAPHIRE QCORE (DO PODAŻY Z BUTELEK), DŁUGOŚĆ – 210 CM Z IGLICĄ Z BIURETĄ KROPILOWĄ I ODPOWIETRZNIKIEM (BIURETA 20 KR/ ML), WYKONANY Z PVC, ŚREDNICA DRENU 3 X 4,1/4,2 MM, Z ZACISKIEM ROLKOWY PRZEPEŁYWU, Z PORTEM Y DO IGLY OK.20 CM OD KOŃCA DRENU, POJEMNOŚĆ ZESTAWU OK. 20 ML, KOŃCÓWKA MĘSKA LUER LOCK, STERYLNY,	ZESTAW	1065							

	JEDNORAZOWY, NIEPIROGENNY, NIEZAWIERAJĄCY LATEKSU I DEHP - PRÓBKA									
3	ZESTAW BURSZTYNOWY / OCHRONA UV AP504 DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH ŚWIATŁOCZUŁYCH PRZY UŻYCIU POMPY SAPHIRE QCORE (DO PODAŻY Z BUTELEK) LUB RÓWNOWAŻNY ZESTAW BURSZTYNOWY / OCHRONA UV DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH ŚWIATŁOCZUŁYCH PRZY UŻYCIU POMPY SAPHIRE QCORE (DO PODAŻY Z BUTELEK) DŁUGOŚĆ – 210 CM Z IGLICĄ Z BIURETĄ KROPLOWĄ I ODPOWIETRZNIKIEM (BIURETA 20 KR/ ML), WYKONANY Z PVC, ŚREDNICA DRENU 3 X 4,1MM, Z ZACISKIEM ROLKOWY PRZEPŁYWU, Z PORTEM Y BEZIGŁOWYM, POJEMNOŚĆ ZESTAWU OK. 20 ML, KOŃCÓWKA MĘSKA LUER LOCK, APIROGENNY, STERYLNY, PAKOWANY INDYWIDUALNIE, BEZ LATEKSU I DEHP	ZESTAW	200							
4	ZESTAW AP101 DO PODAŻY KRWI I LEKÓW KRWIOPOCHODNYCH PRZY UŻYCIU POMPY SAPHIRE QCORE LUB RÓWNOWAŻNY ZESTAW DO PODAŻY KRWI I LEKÓW KRWIOPOCHODNYCH PRZY UŻYCIU POMPY SAPHIRE QCORE, DŁUGOŚĆ – 292 CM, OBJĘTOŚĆ WYPEŁNIENIA OKOŁO 28 ML, IGLICA NIEWENTYLOWANA, Z ZACISKIEM ROLKOWYM PRZEPŁYWU, DREN WYKONANY Z PVC, ŚREDNICA DRENU 3 X 4,2 MM, Z KOMORĄ KROPLOWĄ I FILTREM 200 MIKRONÓW, BIURETA 20 KR/ML, Z KOŃCÓWKĄ MĘSKA LUER LOCK APIROGENNY, STERYLNY, PAKOWANY INDYWIDUALNIE, BEZ LATEKSU I DEHP	ZESTAW	300							
5	SET UNIWERSALNY - PRZEDUŻACZ DO BUTELEK/WORKÓW O DŁUGOŚCI 75 CM - PRÓBKA	ZESTAW	202							
6	Ogółem:									

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:

”

Lp1.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Va t %	Wartość brutto	PODAĆ: 1. NAZWĘ PRODUCENTA 2. NAZWA HANDLOWA 3. WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE	KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE Z REGULAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – PROSZĘ WPISAĆ JEŚLI DOTYCZY	Podać wielkość opakowania zbiorczego
1	ZESTAW UNIWERSALNY AP404 DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH PRZY UŻYCIU POMPY SAPHIRE QCORE (DO PODAŻY Z WORKÓW) LUB RÓWNOWAŻNY ZESTAW UNIWERSALNY DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH PRZY UŻYCIU POMPY SAPHIRE QCORE (DO PODAŻY Z WORKÓW), Z IGLICĄ BEZ ODPOWIETRZNIKA (DO WORKÓW) O DŁUGOŚCI 210 CM, Z IGLICĄ BEZ WENTYLOWANIA, WYKONANY Z PVC, ŚREDNICA DRENU 3 X 4,1 MM, Z ZACISKIEM PRZEPŁYWU I PORTEM Y DO IGŁY OK.20 CM OD KOŃCA DRENU , POJEMNOŚĆ ZESTAWU OK. 20 ML, KOŃCÓWKA MĘSKA LUER LOCK, STERYLNY, JEDNORAZOWY, NIEPIROGENNY, NIEZAWIERAJĄCY LATEKSU I DEHP	ZESTAW	400							

2	ZESTAW UNIWERSALNY AP406 DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH PRZY UŻYCIU POMPY SAPHIRE QCORE (DO PODAŻY Z BUTELEK) LUB RÓWNOWAŻNY ZESTAW UNIWERSALNY DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH PRZY UŻYCIU POMPY SAPHIRE QCORE (DO PODAŻY Z BUTELEK), DŁUGOŚĆ – 210 CM Z IGLICĄ Z BIURETĄ KROPOLOWĄ I ODPOWIETRZNIKIEM (BIURETA 20 KR/ML), WYKONANY Z PVC, ŚREDNICA DRENU 3 X 4,1/4,2 MM, Z ZACISKIEM ROLKOWY PRZEPŁYWU, Z PORTEM Y DO IGŁY OK.20 CM OD KOŃCA DRENU, POJEMNOŚĆ ZESTAWU OK. 20 ML, KOŃCÓWKA MĘSKA LUER LOCK, STERYLNY, JEDNORAZOWY, NIEPIROGENNY, NIEZAWIERAJĄCY LATEKSU I DEHP - PRÓBKKA	ZESTAW	1065						
3	ZESTAW BURSZTYNOWY / OCHRONA UV AP504 DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH ŚWIATŁOCZUŁYCH PRZY UŻYCIU POMPY SAPHIRE QCORE (DO PODAŻY Z BUTELEK) LUB RÓWNOWAŻNY ZESTAW BURSZTYNOWY / OCHRONA UV DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH ŚWIATŁOCZUŁYCH PRZY UŻYCIU POMPY SAPHIRE QCORE (DO PODAŻY Z BUTELEK) DŁUGOŚĆ – 210 CM Z IGLICĄ Z BIURETĄ KROPOLOWĄ I ODPOWIETRZNIKIEM (BIURETA 20 KR/ML), WYKONANY Z PVC, ŚREDNICA DRENU 3 X 4,1MM, Z ZACISKIEM ROLKOWY PRZEPŁYWU, Z PORTEM Y BEZIGŁOWYM, POJEMNOŚĆ ZESTAWU OK. 20 ML, KOŃCÓWKA MĘSKA LUER LOCK, APIROGENNY, STERYLNY, PAKOWANY INDYWIDUALNIE, BEZ LATEKSU I DEHP	ZESTAW	200						
4	ZESTAW AP101 DO PODAŻY KRWI I LEKÓW KRWIOPOCHODNYCH PRZY UŻYCIU POMPY SAPHIRE QCORE LUB RÓWNOWAŻNY ZESTAW DO PODAŻY KRWI I LEKÓW KRWIOPOCHODNYCH PRZY UŻYCIU POMPY SAPHIRE QCORE, DŁUGOŚĆ – 292 CM, OBJĘTOŚĆ WYPEŁNIENIA OKOŁO 28 ML, IGLICA NIEWENTYLOWANA, Z ZACISKIEM ROLKOWYM PRZEPŁYWU, DREN WYKONANY Z PVC, ŚREDNICA DRENU 3 X 4,2 MM, Z KOMORĄ KROPOLOWĄ I FILTREM 200 MIKRONÓW, BIURETA 20 KR/ML, Z KOŃCÓWKĄ MĘSKA LUER LOCK APIROGENNY, STERYLNY, PAKOWANY INDYWIDUALNIE, BEZ LATEKSU I DEHP	ZESTAW	300						
5	SET UNIWERSALNY - PRZEDŁUŻACZ DO BUTELEK/WORKÓW O DŁUGOŚCI 75CM - 160CM	ZESTAW	202						
6	Ogółem:								

”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.