



Numer sprawy: SSM.DZP.200.99.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę zestawu pielęgnacyjno-zabiegowego: wózka wanny jezdnej z wózkiem pielęgnacyjno-zabiegowym dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 30.05.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie ponownie odpowiedziach.

*Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:*

Pytanie

Dot. Lp.2

Czy Zamawiający dopuści wózek pielęgnacyjno – zabiegowy ze szczytami wykonanymi z metalu?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ

Pytanie

Dot. Lp. 4

Czy Zamawiający dopuści wózek pielęgnacyjno – zabiegowy z bokami wykonanymi z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ

Pytanie

Dot. Lp.5

Czy Zamawiający dopuści wózek pielęgnacyjno – zabiegowy z barierkami o wysokości 200 mm?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ

Pytanie

Dot. Lp. 9

Czy Zamawiający dopuści wózek pielęgnacyjno – zabiegowy o szerokości dna wanny 665 mm?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ

Pytanie

Dot. Lp. 10

Czy Zamawiający dopuści wózek pielęgnacyjno – zabiegowy o hydraulicznej regulacji wysokości leża w zakresie od 500 – 890 mm?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Dot. Lp. 13

Czy Zamawiający dopuści wózek pielęgnacyjno – zabiegowy z kołami o średnicy 125 mm?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Załącznik nr 1

Wózek zabiegowo pielęgnacyjny

1. Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany z tworzywa poliuretanowego?

Ad.1. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem bocznym oraz korpusem, które są wykonane jako jednolity odlew, następnie trwale ze sobą zespolone?

Ad.2. Zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści wózek z półką do pisania wysuwaną z lewej strony?

Ad.3. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści wózek w wymiarach: wysokość 910mm (bez wyposażenia), szerokość z uchwytem 830mm, głębokość 715mm?

Ad.4. Zgodnie z SWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści wózek z dwoma uchwytami wytłoczonymi w blacie wózka, jako jednolity odlew, zlokalizowanymi po prawej stronie?

Ad.5. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami o wymiarach 365 x 585 x 100mm oraz 365 x 585 x 150mm?

Ad.6. Zgodnie z SWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści wózek z nadstawką posiadającą 2 rzędy po 5 i 6 uchylnych pojemników?

Ad.7. Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści wózek, który posiada na tylnej ścianie wyprofilowane miejsce do przechowywania cewników, umożliwiające identyfikację zawartości bez konieczności stosowania plexi?

Ad.8. Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dolnej części w tworzywową listwę odbojową, osłaniającą cały korpus wraz z wyposażeniem w kolorze szarym?

Ad. 9. Zgodnie z SWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem roboczym i korpusem o różnych kolorach? „,

Ad.10. Zgodnie z SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w pkt 14.1.2. „Do oferty wykonawca załącza również:”, w pkt a) wykreśla następujący zapis: „- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.