

Toruń, dn. 4 lipca 2023 r.

L.dz. SSM.DZP.200.116.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 03.07.2023r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

1. Dotyczy „SWZ_116_2023” załącznik nr 1 tabela A „Identyfikacja, hodowla drobnoustrojów, pobieranie.”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie poz. nr 28 z pakietu, umożliwiając tym samym złożenie oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

2. Dotyczy „SWZ_116_2023” załącznik nr 1 tabela A „Identyfikacja, hodowla drobnoustrojów, pobieranie.” Pozycja 31.

Czy Zamawiający wymaga testu kasetkowego do jednoczesnego wykrywania i różnicowania 5 klas karbapenemaz (KPC, OXA, VIM, IMP, NDM) na jednej płytce testowej, podczas pojedynczego napełnienia kasetki, w ciągu 15 minut, a otrzymane wyniki są w 100% zgodne z metodą PCR?

Odpowiedź na pytanie

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie

3. Dotyczy „SWZ_116_2023” załącznik nr 1 tabela B. „Lekowrażliwość drobnoustrojów wraz z materiałami kontrolnymi”.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych o średnicy 6,5 mm pakowanych po 4 fiołki, które są umieszczone w plastikowej tubie wielorazowego użytku z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. Taki sposób pakowania eliminuje konieczność posiadania przez Zamawiającego dodatkowych pojemników koniecznych do przechowywania rozpakowanych z blistrów fiolek i pozwala na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci a tym samym umożliwia przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź na pytanie

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. krążków.

Pytanie

4. Dotyczy „SWZ_116_2023” załącznik nr 1 tabela B „Lekowrażliwość drobnoustrojów wraz z materiałami kontrolnymi”

Czy Zamawiający wymaga aby etykiety na fiołkach z krążkami antybiotykowymi posiadały barwny kod łatwy do rozpoznania poszczególnych grup antybiotyków, np. betalaktamowe, aminoglikozydy, makrolidy, fluorochinolony...?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie

5. Dotyczy „SWZ_116_2023” załącznik nr 1 tabela B „Lekowrażliwość drobnoustrojów wraz z materiałami kontrolnymi”

Czy Zamawiający wymaga aby każda fiolka z krążkami antybiotykowymi posiadała fabryczny, szczelnie zamykający kapturek wielokrotnego użytku, dodatkowo zabezpieczający krążki przed zawilgoceniem po wyjęciu z opakowania fabrycznego ?

Odpowiedź na pytanie

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie

6. „Dotyczy „SWZ_116_2023” załącznik nr 1 tabela B „Lekowrażliwość drobnoustrojów wraz z materiałami kontrolnymi” pozycja 110-113.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie ilości oznaczeń dla wymienionych testów.

Odpowiedź na pytanie

Oznaczeń w opakowaniu 40 sztuk.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej

treści: „03-08-2023 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:

„05-08-2023 r.”,

2) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „05-07-2023 r. do godz. 8:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „07-07-2023 r. o godz. 08:00”,

3) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „05-07-2023 r. o godz. 09:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „07-07-2023 r. o godz. 08:30”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.