

Toruń, dn. 4 lipca 2023 r.

L.dz. SSM.DZP.200.118.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę drenów do odsysania.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 30.06.2023r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Pakiet 1 Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do ssaka o długości 360 cm, prążkowany podłużnie na zewnątrz, bez antyzałamaniowych końcówek, bez możliwości przycinania, podwójne opakowanie wew. Folia, zewn. Papierowo foliowe, średnica 30 CH (wew. 7 mm).

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Pakiet 1 Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do ssaka o długości 300 cm, prążkowany podłużnie na zewnątrz, bez antyzałamaniowych końcówek, bez możliwości przycinania, podwójne opakowanie wew. Folia, zewn. Papierowo foliowe, średnica 24 CH (wew. 6 mm).

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 04/07/2023 r. odpowiedzi na pytania do SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania