

Toruń, dn. 21 lipca 2023 r.

L.dz. SSM.DZP.200.142.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę cewników urologicznych.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 21.07.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley dwudrożny z plastikową zastawką z oznaczeniem rozmiaru cewnika i pojemności balonu na cewniku oraz z nazwą producenta na opak. jednostkowym:

Odpowiedź na pytanie

DOPUSZCZAMY, POZOSTAŁE WYMAGANIA ZGODNIE Z SWZ

Pytanie, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley dwudrożny z gumową zastawką oraz balonem o pojemności 30ml, dostępne w rozmiarze od Ch16-26?

Odpowiedź na pytanie

ZGODNIE Z SWZ

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley dwudrożny z oznaczeniem producenta, rozmiaru cewnika oraz pojemności balonu na cewniku (na drugim łączniku cewnika), jak na zdjęciu poniżej:

Odpowiedź na pytanie

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, POZOSTAŁE WYMAGANIA ZGODNIE Z SWZ

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki trójdrożne Foley z balonem o pojemności 30ml? SPEŁNIA Odpowiedź na pytanie

ZAKRES 30-50ML (po co pytanie?)

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemanna dostępne w rozm. CH: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22?

Odpowiedź na pytanie

ZGODNIE Z SWZ

Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki Couvelaire dostępne tylko w jednym wariantcie długości: 40cm?

Odpowiedź na pytanie

ZGODNIE Z SWZ

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.