

Toruń, dn. 17 kwietnia 2023 r.

L.dz. SSM.DZP.200.30.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu urologicznego jednorazowego użytku.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 07.04.2023r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Dot. zadanie 6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji nr 1,2 i 7 stentów bez przewodnika czy pełnych zestawów z przewodnikiem?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający oczekuje pełnych zestawów.

Pytanie

Dot. zadanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu pozycji nr 1,2,3,4 i 7, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej na przedmiotowe wyroby medyczne?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Dot. zadanie 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników JJ jak w opisie lecz w rozmiarach 4.8 i 6F?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza rozmiar 4,8Fr , pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie

Dot. zadanie 6 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Zestaw stentu moczowodowego do drenażu wewnętrznego z poziomu połączenia miedniczkowo-moczowodowego do pęcherza. Zestaw zawiera stent, przewodnik i pozycjoner stentu. (12 miesięcy okres implantacji) Materiał: carbosoft, Rozmiar 6 Fr i 7 Fr długość 24cm, 26 cm i 28 cm?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

Dot. zadanie 6 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie: Nitinolowy ekstraktor złogów o rozmiarach : 1,9 Fr i 2,2 Fr oraz 3,0 Fr, długość 110 cm, 4 drutowy, średnica koszyka do każdego rozmiaru 13-16 mm?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

Dot. zadanie 6 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie: Cewniki JJ 4,5 Fr ureterorenoskopowe podwójnie zagięte , dł 26cm i 28 cm , koniec dalszy zamknięty, możliwość utrzymywania w moczowodzie 6 miesięcy, cewnik skalowany co 5 cm?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 17/04/2023 r. odpowiedzi na pytania do SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania