

L.dz. SSM.DZP.200.32.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów i kardiowerterów wraz z wyposażeniem.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawców w dniach: 2.06.2023 r., 5.06.2023 r., 9.06.2023 r., 11.06.2023, 12.06.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Zadanie 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na stymulatory jedno i dwujamowe z czułością komorową w zakresie 0,5- 7,5 mV?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 pkt 2 dopuści stymulator serca dwujamowy z dostępnymi trybami stymulacji DDD(R), DDI(R), DOO(R), DVI(R)?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza.

Pytania j/n - dotyczy zad. Nr 3:

Pozycja1: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery o możliwości konfiguracji impulsu AX-B i B-AX niezależnie, o dostarczonej energii impulsu wysokoenergetycznego 35 J, posiadające funkcję Twave zapobiegającą oversensingowi załamka T, objętości 33 ml, bez możliwości programowania obu faz impulsu, spadku napięcia? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pozycja 1B: Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące o długości 55, 58, 62, 65 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery o możliwości konfiguracji impulsu AX-B i B-AX niezależnie, o dostarczonej energii impulsu wysokoenergetycznego 35 J, posiadające funkcję Twave zapobiegającą oversensingowi załamka T, objętości 33 ml, bez możliwości programowania obu faz impulsu, spadku napięcia, bez automatycznych testów umożliwiających dobór opóźnienia AV/PV ale posiadające automatyczny algorytm MVP pomagający unikać stymulacji komorowej zwiększający odstęp AV oraz algorytm Tate Adaptive AV delay regulujący odstęp AV w zależności od częstości wykrywanej przez sensor? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pozycja 2B: Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące o długości 55,58, 62, 65 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 2C: Czy Zamawiający dopuści elektrody stymulujące o długościach 45,52,58 cm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza.

Pytania j/n dotyczy zad. Nr 4:

Pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery o masie 77g, grubości 13 mm, trzech strefach arytmii komorowej VT, VF, FVT via VF lub FVT via VT, z terapiami 50Hz, Ramp, Burst+, kardiowersja, z sześcioma wyładowaniami o maksymalnej energii w ramach jednego epizodu, polaryzacji ostatniego wyładowania programowanego ręcznie, o czułości komorowej programowalnej w zakresie 0,15 – 1,2 mV, bez sensorów Apnea Scan, Thoracic Impedance, Night Heart Rate, Sleep Incline, zawierające algorytm automatycznie mierzący próg stymulacji o automatycznie dostosowujący amplitudę impulsu w zależności od zmierzonego progu, z możliwością ręcznego zaprogramowania trybu MRI Scan?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery o masie 77g (złącze DF1) oraz 78 g (złącze DF4), grubości 13 mm, trzech strefach arytmii komorowej VT, VF, FVT via VF lub FVT via VT, z terapiami 50Hz, Ramp, Burst+, kardiowersja, z sześcioma wyładowaniami o maksymalnej energii w ramach jednego epizodu, polaryzacji ostatniego wyładowania programowanego ręcznie, o żywotności 9,2 lat przy 15% stymulacji w trybie DDD z amplitudą 2,5V, przy impedancji 600 ohm, czułości komorowej programowalnej w zakresie 0,15 – 1,2 mV, bez sensorów Apnea Scan, Thoracic Impedance, Night Heart Rate, Sleep Incline, zawierające algorytm automatycznie mierzący próg stymulacji o automatycznie dostosowujący amplitudę impulsu w zależności od zmierzonego progu, z możliwością ręcznego zaprogramowania trybu MRI Scan?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące o długościach 55,58,62,65 cm?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści elektrody stymulujące o długościach 45, 52, 58 cm?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

Umowa. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik numer 2 do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych: „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §2 ust. 3)

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. §2 ust. 3)

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanymi w umowie adresami poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

4. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 12 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

5. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji istotnych warunków umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1, 2:

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów

2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 2,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

1. Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy dostawy dotyczącej części 1, 2, 3, 4 znajdującej się w Załączniku nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy poprzez dodanie § 4 ust. 1a o następującej treści: „Własność wyrobów znajdująca się w „banku” przechodzi na Odbiorcę w momencie pobrania wyrobów z „banku” przez Odbiorcę.”

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający modyfikuje treść paragrafu 4 ust.1 poprzez dodanie kolejnego zdania w brzmieniu j/n: „Wyroby znajdujące się w „banku” pozostają własnością Dostawcy do czasu pobrania ich z „banku” przez Odbiorcę. Z chwilą pobrania wyrobów z „banku” przez Odbiorcę ich własność przechodzi na Odbiorcę.”

Pytanie

2. Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy dostawy dotyczącej części 5 znajdującej się w Załączniku nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy poprzez dodanie § 4 ust. 1a o następującej treści: „Własność wyrobów znajdujących się w „banku” przechodzi na Odbiorcę w momencie pobrania wyrobów z „banku” przez Odbiorcę.”

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający modyfikuje treść paragrafu 4 ust.1 poprzez dodanie kolejnego zdania w brzmieniu j/n: „Wyroby znajdujące się w „banku” pozostają własnością Dostawcy do czasu pobrania ich z „banku” przez Odbiorcę. Z chwilą pobrania wyrobów z „banku” przez Odbiorcę ich własność przechodzi na Odbiorcę.”

Pytanie

3. Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy dostawy dotyczącej części 1, 2, 3, 4 znajdującej się w Załączniku nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy poprzez nadanie § 4 ust. 1 zdanie drugie następującego brzmienia: „Odbiorca odpowiada za przedmiot umowy przechowywany w „banku”, w tym za jego uszkodzenie, przypadkową utratę lub kradzież.”

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

4. Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy dostawy dotyczącej części 5 znajdującej się w Załączniku nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy poprzez nadanie § 4 ust. 1 zdanie drugie następującego brzmienia: „Odbiorca odpowiada za przedmiot umowy przechowywany w „banku”, w tym za jego uszkodzenie, przypadkową utratę lub kradzież.”

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

5. Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy dostawy dotyczącej części 1, 2, 3, 4 znajdującej się w Załączniku nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy poprzez dodanie § 4ust. 5a o następującej treści: „Odbiorca nie jest uprawniony do pobrania z depozytu. wyrobów, którym upłynął termin ważności. W przypadku, gdyby Odbiorca posiadał w „banku” więcej niż jeden sprzęt danego rodzaju, Odbiorca zobowiązuje się do pobrania w pierwszej kolejności sprzętu o krótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

6. Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy dostawy dotyczącej części 5 znajdującej się w Załączniku nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy poprzez dodanie § 4 ust.5a o następującej treści: „Odbiorca nie jest uprawniony do pobrania z depozytu wyrobów, którym upłynął termin ważności. W przypadku, gdyby Odbiorca posiadał w „banku” więcej niż jeden sprzęt danego rodzaju, Odbiorca zobowiązuje się do pobrania w pierwszej kolejności sprzętu o krótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

7. Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ (ta informacja jest zawarta w załączniku nr 4 do umowy).

Pytanie

8. Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.931)?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ (ta informacja jest zawarta w załączniku nr 3 do umowy).

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 15/06/2023 r. odpowiedzi na pytania do SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania