

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (wariant I)
o wartości poniżej 215000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do elektrofizjologii
dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu
– dotyczy części nr 1, części nr 2, części nr 3, części nr 4.

Dokonano wyboru oferty następującego Wykonawcy:

Oferta nr 1, część nr 2
Biotronik Polska Sp. z o.o.
Ul. Murawa 12-18
61-655 Poznań

Oferta nr 2, część nr 4
Medtronic Poland Sp. z o.o.
Ul. Polna 11
00-633 Warszawa

Oferta nr 3, część nr 3
Hagmed Sp. z o.o. sp. k.
Ul. Tomaszowska 32
96-200 Rawa Mazowiecka

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Unieważnienia:

CZĘŚĆ 1

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego części 1 zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust.1, ponieważ w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty. Brak ofert.

Informacja o złożonych ofertach:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1	Biotronik Polska Sp. z o.o. Ul. Murawa 12-18 61-655 Poznań – część 2
2	Medtronic Poland Sp. z o.o. Ul. Polna 11 00-633 Warszawa – część 4
3	Hagmed Sp. z o.o. sp. k. Ul. Tomaszowska 32 96-200 Rawa Mazowiecka – część 3
4	Abbott Medical Sp. z o.o. Ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa – część: 3, 5

Punktacja ofert:

Oferta nr 1, część nr 2, cena 100, razem 100

Oferta nr 2, część nr 4, cena 100, razem 100

Oferta nr 3, część nr 3, cena 100, razem 100

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Oferta Firmy Abbott Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części 3 podlega odrzuceniu na podstawie art.226 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Wykonawca pomimo otrzymanego wezwania do uzupełnienia przedmiotowych środków podmiotowych w przesłanych dokumentach do Zamawiającego nie potwierdził, że zaferowany w ofercie asortyment posiada n/w parametry:

poz.1. w uzupełnionych dokumentach brak zaferowanego produktu spełniającego warunek : różne odległości biegunów do wyboru : 2mm

poz. 2. w uzupełnionych dokumentach brak zaferowanego produktu spełniającego warunek : różne odległości biegunów do wyboru : 2mm

poz. 3 w uzupełnionych dokumentach brak zaferowanego produktu spełniającego warunek : różne odległości biegunów do wyboru : 2mm

poz. 4 Wykonawca nie uzupełnił katalogu dla numeru 81872

poz. 5 w uzupełnionych dokumentach brak zaferowanego produktu spełniającego warunek : różne długości do wyboru : co najmniej 200cm .