

L.dz. SSM.DZP.200.46.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamicznej.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawców w dniach: 04.07.2023 r., 05.07.2023 r., 06.07.2023 r., 10.07.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

1) Czy w Części 3, poz. 2, Zamawiający dopuści cewniki balonowe o ciśnieniu RBP 14 atm i spełniające pozostałe wymagania opisu?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie

Pytanie 1 do pakietu 14

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie przewodników hydrofilnych o długościach 150,180 i 260 cm o średnicach 0,032", 0,035" oraz 0,038". Pozostałe warunki SIWZ spełnione.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie: Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści do części 2 sprzęt do angioplastyki w ostrych zespołach wieńcowych pozycja 1, możliwość doprężenia: do 4,5 mm dla średnic 3.5 – 4.0 mm, spełniając pozostałe parametry SWZ?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie

Czy w części 5 podpunkcie 5 Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stentów powlekanych posiadających inny profil przejścia, wynoszący 0,038" dla średnicy 3,0 mm oraz spełniających pozostałe wymogi SWZ

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający wyraża zgodę.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.