

L.dz. SSM.DZP.200.47.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów ortopedycznych.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 10.07.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytania do części nr 4 Endoprotezy stawu kolanowego

Pytanie

1. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności ofert, Zamawiający określi zakres tolerancji np. +/- 1mm dla grubości wkładek piszczelowych opisanych w części nr 4. Obecny opis przedmiotu zamówienia wskazuje na systemy kolanowe konkretnych wykonawców, tym samym mocno ogranicza możliwości złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wymogu zaoferowania polietylenu GVF. Czy Zamawiający miał na myśli polietylen w wysokiej masie cząsteczkowej sterylizowany radiacyjnie i pakowany w atmosferze gazu bez zawartości tlenu (Gama Vacuum Foil PE)?

Odpowiedź na pytanie

Gama Vacuum Foil.

Pytanie

3. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia w części nr 4 wymogu zaoferowania wkładek z polietylenu GVF. Obecny zapis wskazuje na systemy kolanowe konkretnego Wykonawcy, tym samym mocno ogranicza możliwości złożenia stosownej oferty. Pozytywne rozpatrzenie wniosku daje szansę Zamawiającemu na zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

4. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności ofert, Zamawiający określi zakres tolerancji np. +/- 1mm dla grubości podkładek wyrównawczych opisanych w części nr 4 ?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

5. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie, opisując wymóg „dostarczenia kompletnego poczwórnego instrumentarium w tym: 2DCF, 3ACF”. Co Zamawiający rozumie pod skrótami DCF i ACF oraz jak podane przy tych skrótach ilości odnoszą się do wymogu dostarczenia kompletnego poczwórnego instrumentarium?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający wymaga 5. kompletów instrumentarium.

DCF i ACF to techniki operacyjne

ACF – Anterior Cut First – tylny dostęp

DCF – Distal Cut First – przedni dostęp.

Pytanie

6. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o możliwości zmniejszenia ilości zdeponowanych u Zamawiającego kompletów instrumentów i implantów za zgodą Zamawiającego w przypadku gdyby ilości implantów zużywane przez Zamawiającego były znacząco mniejsze od zakontraktowanych. Obecnie Zamawiający zgodnie z zapisem § 3 pkt.11 przewiduje w umowie możliwość znaczącego zmniejszenia zamówienia przy jednoczesnym utrzymywaniu depozytu implantów i instrumentarium w ilościach opisanych i wymaganych w SWZ.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Na podstawie art. 137 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść swz w taki sposób, że:

- 1) w Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „21.10.2023 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „23.10.2023 r.”,
- 2) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „24.07.2023 r. do godz. 9:30”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „26.07.2023 r. o godz. 09:30”,
- 3) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „24.07.2023 r. o godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „26.07.2023 r. o godz. 10:00”.
- 4) w załączniku nr 2 - projektowane postanowienia umowy w części 4, w paragrafie 4 ust.11 wykreśla się dotychczasowy zapis „- do endoprotezy cementowej stawu kolanowego Odbiorca wymaga od Dostawcy dostarczenia kompletnego poczwórnego instrumentarium w tym: 2DCF, 3ACF, instrumentarium nie starsze niż 2 lata od daty dostawy do siedziby Odbiorcy. Ponadto Odbiorca wymaga dostarczenia przez Dostawcę dodatkowo 4 sztuk akumulatorów do zaoferowanych wiertarek”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „- do endoprotezy cementowej stawu kolanowego Odbiorca wymaga od Dostawcy dostarczenia 5 kompletów instrumentarium w tym: 2DCF, 3ACF, instrumentarium nie starsze niż 2 lata od daty dostawy do siedziby Odbiorcy. Ponadto Odbiorca wymaga dostarczenia przez Dostawcę dodatkowo 4 sztuk akumulatorów do zaoferowanych wiertarek”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.