

Toruń, dn. 17 kwietnia 2023 r.

L.dz. SSM.DZP.200.49.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę igieł do biopsji.

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 13.04.2023r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Zadanie nr 1 poz. 2

1) Czy Zamawiający oczekuje, aby igła do aspiracji szpiku posiadała skalowanie co 5 mm, ułatwiające precyzyjną regulację długości igły

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający oczekuje aby w poz. 2 igły posiadały skalowanie co 5 mm, ułatwiające precyzyjną regulację długości igieł.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.