

Toruń, dn. 9 maja 2023 r.

L.dz. SSM.DZP.200.61.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę oprzyrządowania do diatermii.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawców w dniach: 28.04.2023 r., 04.05.2023 r., 05.05.2023 r., 08.05.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

1. Zadanie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazową elektrodę bierną dwudzielną, dla dorosłych i dzieci o wadze od 2 kg, z odizolowanym mechanicznie i elektrycznie pierścieniem ekwipotencjalnym który gwarantuje równomierne rozproszczenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku aplikacji o łącznej powierzchni 108 cm<sup>2</sup>, pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 50 szt.?

Odpowiedź na pytanie

ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie

2. Zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną izolowaną lancetową prosta długość 55mm, do rękojeści śr. 4 mm,

Odpowiedź na pytanie

ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie

3. Zadanie nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną izolowaną nożową, długość 160 mm?

Odpowiedź na pytanie

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA DŁ. 160MM POZOSTAŁE WYMOGI ZGODNIE Z SWZ

Pytanie

4. Zadanie nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pęsetę nieprzywierającą, prostą, tępą 2,0 mm, dł. 22 cm?

Odpowiedź na pytanie

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA DŁ. 22CM POZOSTAŁE WYMOGI ZGODNIE Z SWZ

Pytanie

5. Zadanie nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rękojeść elektrochirurgiczną z dwoma przyciskami, z kablem o długości 3,2 m?

Odpowiedź na pytanie

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA DŁ. KABLA 3,2M POZOSTAŁE WYMOGI ZGODNIE Z SWZ

Pytanie

6. Zadanie nr 2 poz. 5

Odpowiedź na pytanie

BRAK PYTANIA

Pytanie

7. Czy Zamawiający dopuści rękojeść elektrochirurgiczną z dwoma przyciskami, z kablem o długości 5 m?

Odpowiedź na pytanie

ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie

8. Zadanie nr 2 poz. 6

Odpowiedź na pytanie

BRAK PYTANIA

Pytanie

9. Czy Zamawiający dopuści rękojeść elektrochirurgiczną do elektrod monopolarnych z trzpieniem  $\varnothing$  4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 3,2 m., wtyczka współosiowa KOAX ?

Odpowiedź na pytanie

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie

10. Zadanie nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rękojeść elektrochirurgiczną do elektrod monopolarnych z trzpieniem  $\varnothing$  4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 5 m., wtyczka współosiowa KOAX ?

Odpowiedź na pytanie

ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie

1. Czy Zamawiający dopuści w zad.1, pkt.4 - Elektroda neutralna z gumy silikonowej 8×15 cm, z kablem 4 m?

Odpowiedź na pytanie

ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie

2. Czy Zamawiający dopuści w zad.1, pkt.5 - Elektroda lancetowa prosta SYN, długość ostrza 25 mm, trzpień połączeniowy  $\varnothing$  4 mm; opak. a' 5 szt.?

Odpowiedź na pytanie

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie

3. Czy Zamawiający dopuści w zad.2, pkt.1 – A. Elektroda neutralna dzielona j. użytku dla dorosłych i dla dzieci, powierzchnia kontaktowa 107 cm<sup>2</sup> – opak. 100 szt.?

Odpowiedź na pytanie

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA Z ODPOWIEDNIM PRZELICZENIEM ILOŚCI.

Pytanie

4. Czy Zamawiający dopuści w zad. 2, pkt. 2 - Elektroda monopolarna izolowana lancetowa

prosta długość 55mm, do rękojści śr. 4 mm?

Odpowiedź na pytanie

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie

5. Czy Zamawiający dopuści w zad. 2, pkt. 3 - Elektroda monopolarna izolowana nożowa, długość części roboczej 30 +/-3 mm, długość całości 160 mm?

Odpowiedź na pytanie

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie

6. Czy Zamawiający dopuści w zad.2, pkt.5 - Rękojeść elektrochirurgiczna z dwoma przyciskami, kabel 5m,

Pojedyncza rękojeść przeznaczona do 100 cykli sterylizacji?

Odpowiedź na pytanie

ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie

Pytanie do zadanie nr 2 – Diatermia II poz. 4

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności w poz. 4 dopuści pęsetę o długości 22cm, minimum 75 cykli sterylizacji?

Odpowiedź na pytanie

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie

Pytanie do zadanie nr 2 – Diatermia II poz. 6

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności w poz. 6 dopuści kabel o długości 4,5m?

Odpowiedź na pytanie

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytania

Zadanie 2

Poz.4 Prosimy o dopuszczenie pęsety o długości 225mm, reszta bez zmian.

Poz.5 Prosimy o wskazanie diatermii, z która powinien być kompatybilny przewód i/lub numeru katalogowego poprzednio używanej rękojści.

Poz.5 Prosimy o dopuszczenie rękojści z przewodem 5m.

Poz.6 Prosimy o wskazanie diatermii, z którą powinien być kompatybilny przewód i/lub numeru katalogowego poprzednio używanej rękojści.

Poz.6 Prosimy o dopuszczenie rękojści z przewodem 5m.

Odpowiedzi na pytania

ZAD. 2

POZ. 4 – ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

POZ. 5 DIATERMIE MARTIN, NR KATAL. RĘKOJEŚCI UŻYWANYCH 220-145 BOWA

POZ. 5 - ZGODNIE Z SWZ.

POZ. 6 DIATERMIE MARTIN NR KATAL. RĘKOJEŚCI UŻYWANYCH 220-245 BOWA

POZ. 6 - ZGODNIE Z SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

- 1) w Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „09.06.2023 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „14.06.2023 r.”,
- 2) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „11.05.2023 r. do godz. 8:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „16.05.2023 r. o godz. 08:00”,
- 3) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „11.05.2023 r. o godz. 09:30”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „16.05.2023 r. o godz. 08:30”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.