

Toruń, dn. 20 czerwca 2023 r.

L.dz. SSM.DZP.200.96.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu urologicznego.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 15.06.2023r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Pakiet 3. Poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach 14-22CH. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3. Poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach 18-24CH. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3. Poz. 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników tylko o długości 40cm. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 3. Poz. 6.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foley z zakończeniem Tiemann z balonem o pojemności 10 ml.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

- 1) w Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „21.07.2023 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „25.07.2023 r.”,
- 2) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „22.06.2023 r. do godz. 08:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „26.06.2023 r. o godz. 08:00”,

3) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „22.06.2023 r. o godz. 08:30”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „26.06.2023 r. o godz. 08:30”.

4) w SWZ oraz w załącznikach do SWZ wykreśla dotychczasowe zapisy o następującej treści: „Dostawa sprzętu urologicznego 1x użytku”, a w miejsce wykreślonych zapisów wprowadza nowe zapisy o następującej treści: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań urodynamicznych tj.: cewników urologicznych , przedłużaczy urologicznych i drenów.”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.