

Toruń, dn. 16 czerwca 2023 r.

L.dz. SSM.DZP.200.96.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu urologicznego.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawców w dniu 15.06.2023r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley-a z oryginalnie nadrukowaną: nazwą producenta, rozmiarem cewnika i pojemności balonu umieszczone na porcie drugim do odprowadzania moczu?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley-a w rozmiarach CH 12 balon 30 ml, CH14-22 balon 30-50 ml?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley-a w rozmiarach CH16 – 22 balon 30 ml?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemann tylko w rozmiarach CH 8 – 22?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki Couvelaire w rozmiarach CH 6 - 10 o długości tylko 40cm ?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley-a z końcówką Tiemann tylko w rozmiarach CH 16 - 20 balon 30 ml?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Zadanie nr 4, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 300cm?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Zadanie nr 4, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści dren do ssaka zakończony z obu stron końcówkami żeńskimi (lejek-lejek) bez możliwości docięcia?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Zadanie nr 4, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści opakowanie papierowo-foliowe z wewnętrzną opaską foliową stabilizującą dren?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

- 1) w Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „18.07.2023 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „21.07.2023 r.”,
- 2) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „19.06.2023 r. do godz. 8:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „22.06.2023 r. o godz. 08:00”,
- 3) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „19.06.2023 r. o godz. 08:30”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „22.06.2023 r. o godz. 08:30”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.