

### Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

SSM.DZP.200.18.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa nici chirurgicznych” – Część 3.

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 5 i art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 roku, poz. 1605 ze zm.) - dalej jako „ustawa Pzp”, zawiadamia o odrzuceniu oferty i unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 29 lutego 2024 r. do godz. 9:00 do Zamawiającego wpłynęła następująca oferta:

Corza Medical GmbH  
Dreikönigstrasse 31a  
8002 Zurych, Szwajcaria

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z powodu niezgodności jej treści z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał w pozycji nr 2 Formularza asortymentowo-cenowego długość (w dniach) wchłaniałości szwów między 180-220. Wykonawca zaoferował produkt o nr katalogowym VLP-2020. Zgodnie z wyjaśnieniami Wykonawcy wchłaniałość szwów o numerze katalogowym VLP-2020 wynosi minimalne 120 dni, co do zasady do 180 dni. Formularz asortymentowo-cenowy zawierał wyraźny, jednoznaczny wymóg, co do produktu, zaś produkt, który został zaoferowany przez Wykonawcę nie spełnia tego wymogu. Okoliczność ta jednoznacznie kwalifikuje konieczność odrzucenia takiej oferty, jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Ponadto Wykonawca dla produktu określonego w pozycji nr 3 Formularza asortymentowo-cenowego zaoferował dwa numery katalogowe VLP-2020 lub VLP-2022. Zgodnie z ustawą Pzp podmiot startujący w przetargu może złożyć tylko jedną ofertę. Zaoferowanie dwóch odmiennych produktów uznać można za złożenie dwóch niezależnych ofert. Taką tezę potwierdza między innym Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17.02.2017 r., sygn. akt KIO 244/17.

Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłana do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawcę, który złożył ofertę oraz udostępnia niezwłocznie przedmiotowe zawiadomienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

DYREKTOR  
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO  
im. M. Kopernika w Toruniu  
Justyna Wierńska