

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

SSM.DZP.200.29.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa rękawic medycznych” Część III- Dostawa rękawic diagnostycznych II ; oznaczenie sprawy: SSM.DZP.200.29.2024

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu działając na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023 roku, poz. 1605 ze zm.) - dalej jako „ustawa Pzp” na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 Ustawy Pzp, odrzuca ofertę firmy Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, ponieważ jest ona niezgodna z warunkami zamówienia.

Dla części III Zamawiający wymagał w Opisie przedmiotu zamówienia, aby: „Siła zrywu rękawic minimum przed starzeniem min. 7,1 N oraz minimum po starzeniu min. 7,5 N. Natomiast Wykonawca w dostarczonej z ofertą kartą katalogową wskazał, że minimalna siła zrywu przed starzeniem, wynosi 7,5 N, natomiast po starzeniu minimalna siła zrywu wynosi 7,1 N. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia.

W dniu 08.05.2024 r. zamieszczono na stronie na stronie prowadzonego postępowania.

DYREKTOR

Justyna Wileńska